REGAL

REGAL Prosthesis Ltd. 香港皇室义肢



让幸福欢乐传给你的至爱

硅胶美容义肢

REGAL Prosthesis Ltd.
香港皇室义肢

2015

香港皇室义肢 REGAL Prosthesis Ltd.

香港新界葵涌工业街23-31号 美联工业大厦F座3/F D室
Room 3D, Tower F, Mai Luen Industrial Bldg.,
23-31 Kung Yip Street, Kwai Chung, NT, Hong Kong.
T : +852 2771-8991 F : +852 2384-5948

www.regalprosthesis.com
info@regalprosthesis.com
Regal Prosthesis Limited

REGAL 2015

质量管理体系及产品认证：




ISO 13485:2016
硅胶美观装饰义肢的设计和制造
义肢和矫形产品的供应



ISO 9001:2015
硅胶美观装饰义肢的设计和制造
义肢和矫形产品的供应



CE 证书



硅胶义肢产品检测报告

目录表：

目录：	页码
为何要选择皇室的产品?	1
产品型号概貌	2-3
硅胶假肢：标准产品	4-6
硅胶假肢：半订做产品(SCM)	4-10
硅胶假肢：提升项目	11-23
完整产品结构表	24-25
硅胶肌电手：型号100L,100	26-27
硅胶童用肌电手：型号100PL	28
硅胶假肢手套 型号101L,102LS,102L,101LL,102LSL,102LL	46
硅胶半掌截肢用手套：型号103	47
硅胶假肢手指：型号200系列	48
硅胶儿童爬行手：型号CH	49
硅胶假肢脚套：型号HDSFHT-ER,HDSFHT,HDSF-ER,HDSF	98-99
硅胶假肢脚趾：型号TOE系列	100-101
硅胶假肢手臂筒：型号 SL-50,SL-29	128-129
硅胶假肢小腿套：型号 BKSL	130-131
硅胶五官假肢	132
订购方式	136
怎样量度	137
常见问题以及答案	138-143
保修条款 / 退货政策	143-144
附录A：保修指南 / 退货政策	145
订购表格	146-174
试样产品修改表格	175-182

香港皇室硅胶义肢

为何要选择皇室的产品?

为你最爱的人带来喜悦和快乐。

我们相信皇室的硅胶假肢可以让截肢患者感到自信，舒适以及可靠。

每一个皇室的硅胶假肢都是人手制作的 – 用我们的专业技术和关怀来制作。我们一些有经验的技术员也是截肢患者，他们十分明白截肢患者的感受。 我们所有的硅胶假肢出货前都要经过严格检查，确保产品符合国际标准。

在皇室，达到CE和ISO的要求仅仅是我们承诺品质的开始。我们努力为截肢患者寻求解决方案，我们会不断的超越顾客的期望和满意度。

皇室硅胶假肢的特性及好处

- 制作有弹性：我们有多种标准尺码，手型及36个颜色可供选择；
- 适应性： 添加额外的选项，例如：半订做，表面及外观优化等，提高象真度及实用性的选项，使我们制作出来的硅胶假肢，可以符合截肢患者的各种需要；
- 物料的好处： 我们用的硅胶物料，在德国通过了ISO标准的毒性及可燃性测试，而且已经使用了超过18年。和其他物料不同的是，硅胶本身就有抗污能力，可以用肥皂和水轻易地清洗。而且硅胶比PVC更加有弹性。

产品型号概貌



100L



100



100PL

肌电/机械手头用：硅胶假肢手套
型号 100L/100/100PL
26-28页



手腕或手腕以上
截肢用：硅胶假肢手套
型号 101L,102L,102LS
101LL,102LL,102LSL
46页



儿童攀爬手
型号 CH
49页



半掌截肢用：硅胶假肢手套
型号 103
47页



手指截肢用：硅胶假肢手指
型号 200系列
48页

产品型号概貌



脚掌截肢用：硅胶假肢脚套
型号 HDSFHT-ER/HDSFHT 98页
型号 HDSF-ER/HDSF 99页



硅胶假肢脚趾
型号 TOE系列
100-101页



硅胶假肢手臂筒
型号 SL
128页



硅胶五官假肢
132页



硅胶假肢小腿套
型号 BKSL
130页

香港皇室硅胶义肢的产品可分为两种类型：

- **标准产品**
- **半订做产品**

不同的型号，尺码（式样/外观），左右，颜色和选项在两种类型中是共通的。



硅胶假肢：标准产品

标准硅胶假肢的特性：

- 可选择不同的型号，尺码（式样/外观）
- 有36种颜色
- 可选择提升项目

- 适用型号：所有

硅胶假肢：半订做产品 SCM

- 什么是半订做 (产品编码：SCM)?
  半订做是一种需要专业模具制造知识的生产技术。
  - 半订做的特性：
    —更贴服残肢
    —截肢部分的外观及尺寸和选择的标准产品尺码相似
    —36个颜色
    —可选择提升项目

- 我们什么时候需要选择半订做?
  当残肢的尺寸与我们的标准产品尺寸相差太大的时候。
  例如，如果患者选择中码，但残肢尺寸其实是接近大码的，或者患者选择的尺码正确，但想要加长手指，半订做会是您的选择。

  - 适用型号：所有

选择标准硅胶假肢的步骤

第一步：先选择型号

- 手指截肢：型号 200系列 (48页)
- 半掌截肢：型号103 (47页)
- 手腕及手腕以上截肢: 型号 101L, 102LS,100
  102L, 101LL(长手), 102LSL(长手) , 102LL(长手)(46页),100L(长手)
- 手臂筒：型号 SL (128页)
- 脚趾截肢： 型号 TOE系列(100-101页)
- 脚掌截肢：型号 HDSFHT, HDSF,HDSF-ER,HDSFHT-ER (98-99页)
- 小腿套：型号 BKSL (130页)
- 标准配置腕接头(18页)

第二步：量度然后选择尺码（式样），左右和颜色

- 量度残健肢的手心掌围（或健肢脚长），然后从皇室尺码表格选择数个相近的尺码，可参考右边的表格。从选择的尺码中找出尺寸及外观最接近残健肢的尺码。
- 选择左右及从皇室色板选择颜色。

皇室硅胶假肢手套-尺寸量度图

适用于型号 101L,102LS,102L,101LL,102LSL,102LL(手腕或手腕以上截肢)

男码-手套厚度：2-2.5毫米

奥特博克手套	皇室手套		毫米 A	B	C	D	标度长度 E	整长长度 F	2015年目录页码
854=238x93L	加大码	左	235	74	80	196	310	544	52
854=244x84R	加大码	右	239	76	84	210	310	538	52
854=228x84L 854=228x84L 854=221x81L	加大1码	左	233	73	82	196	395	538	54
854=228x86R 854=225x82R 854=222x84R	加大1码	右	230	77	77	194	373	530	54
854=232x94L	大码	左	230	78	74	190	320	533	56
854=230x93R	大码	右	231	77	75	196	318	530	56
"	大1码	左	220	67	76	193	335	556	58
"	大1码	右	233	66	81	200	336	550	58
"	大2码	左	228	76	73	187	370	545	60
"	大2码	右	229	76	77	197	373	546	60

成人

女码-手套厚度：2-2.5毫米

奥特博克手套	皇室手套		毫米 A	B	C	D	标度长度 E	整长长度 F	2015年目录页码
855=208x86L	加大码	左	220	76	79	183	314	535	62
855=210x86R	加大码	右	223	80	76	183	323	536	62
"	大码	左	205	67	72	179	297	487	80
"	大码	右	206	65	71	179	290	487	80
855=195x78L	大1码	左	202	74	66	170	315	532	68
855=195x78R	大1码	右	203	71	64	174	319	532	68
855=195x79L	大2码	左	202	70	72	174	313	470	82
855=200x79R	大2码	右	203	67	72	174	310	460	82

例子：如果健肢的手心掌围是230毫米，你可以从尺码表格选择手心掌围最接近230毫米的几个尺码。由于某些尺码（式样）是不分性别的，你可以选择男码，女码或童码。

重点是选择最接近患者残健肢的式样

第三步：选择提升项目

表面及外观优化：

- 双色/客户自定颜色(12页)
- X 系列(14页)
- 亚加力指甲(15页)
- 穿衣便(17页)

结构提升：

- 半订做(5页)
- 被动指节/铁线手指/强化手指头(21-22页)
- 拉链(23页)
- 黏贴接授腔(23页)
- 按型填充(19页)

选择半订做硅胶假肢的步骤：

第一步 按选择标准硅胶假肢的步骤选择一个尺码

参见前页的三个步骤。

第二步 填写半订做的订购表格

- 表格 S1-半掌截肢;
- 表格 S2-手腕或手腕以上截肢及手臂筒;
- 表格 S3-手指截肢;
- 表格 S4-脚掌截肢;
- 表格 S5-脚趾截肢;
- 表格 S6-小腿套;
- 所有表格均可在我们的网站 www.regalprosthesis.com 下载。

第三步 收集资料

需收集的资料：

取模， 订购表格， 照片和需要的颜色。

可向我们查询更多有关取模，量度尺寸及选择颜色方面的知识。

第四步 假肢试样

当所有资料搜集完成的时候，我们将会开始制作试样产品。试样产品只有基底的颜色，没有指甲的颜色及阴影部分。试样产品是用来检查基底颜色及尺寸是否合身。当试样后发现需要修改的地方，请填写试样修改表格，并在试样产品上标记需要修改的地方，然后邮寄给我们进行正式产品的制作。

关于试样修改的资料请向我们查询。

注：严格来说，试样产品的目的是用来检查合适度及颜色，所有试样产品不会有指甲颜色及阴影部分。试样产品不在保修范围之内，详情请看143-144页（保修条款/退货政策）。

第五步 正式产品

一旦确认试样产品没有重大的问题，我们将会按照试样的结果开始制作正式产品。正式产品会加上指甲颜色及阴影部分。

以下例子表明了试样产品与正式产品之间的不同



试样产品：只有基底颜色，没有指甲颜色和阴影部分



选择了X系列的正式产品



试样产品：只有基底颜色，没有指甲颜色和阴影部分



选择了X系列的正式产品

半订做的工作周期：

	工作周期
试样产品	14-21个工作天
正式产品	14个工作天

注：所有出货时间一律以我司收到“订单确认表”之后才开始计算。

半订做的例子：

- 半掌截肢

半掌截肢的残肢



不选择半订做，标准产品相对于残肢来说太小了，拉链无法拉合



选择半订做，假肢适合残肢穿戴

- 手指截肢



不选择半订做，假肢不适合残肢穿戴
可能会影响血液循环



选择半订做，假肢适合残肢穿戴

- 脚掌截肢



不选择半订做，假肢不适合残肢穿戴



选择半订做，假肢适合残肢穿戴

- 耳朵截肢





硅胶义耳：SCM半订做

提升项目：

标准和半订做硅胶假肢都有很多选项供选择：

- 表面及外观优化
- 结构提升

选项：表面及外观优化

这项选项可以让你在选择的假肢上进行外观上及表面上的改善。在这个选项中，患者可以选择一个或多个 以下的内容：

- 颜色 (12页)：包括双色和客户自定颜色。
- X系列 (14页)：指甲有层次感更为逼真，而且每根手指上都可以按照要求植入毛发。
- 亚加力指甲(15页)：亚加力指甲按法式美甲的款式细心修剪，并装置在指/趾上。
- 穿衣便 (17页)：穿衣便可以减低硅胶假肢的磨擦系数，从而使患者穿衣服更方便。

选项：结构提升

- 这项选项可以让你在选择的假肢上进行结构上的改变。这个选项可以改变手指的耐久性和功能性，内部填充物的构成（内泡绵）和假肢对残肢的适应性。患者可以选择一个或多个以下的内容：
- 按型填充(19页)：按残肢形状填充及可选择填充用的物料，以确保残肢的贴服度和舒适度。
- 手指结构(21-22页)：手指植入铁线或被动指节可以让患者弯曲假肢手指。强化手指头可以加强每根手指的耐用性。
- 拉链(23页)：可以在特定的型号上添加拉链以方便穿和脱。
- 黏贴接授腔(23页)：假肢与接授腔成一整体更为美观.

选项:表面及外观优化

这个选项让患者可以通过改变假肢的表面来改善他们的假肢。比如双色，客户自定颜色，亚加力指甲，穿衣便等等。
这些选项都需要额外的费用。

颜色

描述及应用：

我们有36个标准颜色供您配对患者的肤色.请使用皇室色板。



- 皇室色板有36种标准的颜色：
  -A1 / A1-A2 / A2 / A2-A3 /A3 / A3-A4 / A4
  -1 / 1-2 / 2 / 2-3 / 3 / 3-4 / 4 / 4-5 / 5 / 5-6 / 6 / 6-7 / 7 / 7.25 / 7-8 / 8 / 8-9 / 9
  -C0 / C0-C1 / C1 / C1-C2 / C2 / C2-C3 / C3 / C3-C4 / C4 / C4-C5 / C5

选项：双色及客户自定颜色

描述及应用：

在36个标准颜色的基础上，患者可以选择双色或者客户自定颜色：

- 双色（产品编码例子：D2-P1 (手背2号色，手心1号色))
  -可以从皇室色板上选择两种颜色分别用于手心和手背;
  -颜色的过渡需要客户提供照片来制造;
- 客户自定颜色 (产品编码：CC)
  -产品的颜色也可以根据你们提供的样品来制作；
  -以其他公司制造的旧假肢为颜色样品.

注：由于我们所有的硅胶假肢都是手工制作，颜色无法完全与肤色一致,只能尽量接近.包括双色的颜色过渡线和手心/脚板底颜色。在制作正式假肢前，你可以要求先做一个试样假肢。标准产品的试样假肢是需要额外收费的。详情请向我们查询。

关于选颜色方面的问题可以向我们查询。



香港皇室义肢有限公司 www.regalprosthesis.com
一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

选项: X 系列



指甲更有层次感(更自然的外观)

描述及应用:

- 选用X系列，指甲外观变得更自然，每根手指(脚趾)都会加上额外的阴影。每根手指(脚趾)上都会植入毛发。(植毛只适用于男用尺码)

(产品编码：X)

选项:亚加力指甲



标准硅胶指(趾)甲　　亚加力指(趾)甲

描述和应用:

- 亚加力指(趾)甲按法式美甲的款式细心修剪打磨，并装置在每个硅胶指(趾)甲上，可以加上指甲油。
- 适用手套型号：101L,101LL,102LS,102LSL,102L,102LL,103,200；适用尺码：女用码-加大码，大码，大1码，大2码，大中码，大中1码，中码，中小码，中小2码，小码，童中码，童小码
- 适用脚套型号：HDSFHT, HDSFHT-ER, HDSF, HDSF-ER，脚趾；适用尺码：18, 19, 20, 21, 22, 23, 23.5, 24, 25, 26, 27, 28

(产品编码：ACRN)

注：所有亚加力指甲都不在保修范围内，见145页

亚加力指甲的长度

亚加力手指甲



长度：毫米

女用手套及手指尺码	拇指	食指	中指	无名指	尾指
加大码	16	14	15	15	13
大码	16	14	14	14	11
大1码	16	6	8	6	10
大2码	16	14	13	13	10
大中码	16	13	14	14	11
大中1码	15	14	15	13	11
中码	15	14	13	13	10
中小码	13	11	13	12	9
中小2码	16	14	14	13	11
小码	16	14	14	11	10
童中码	15	13	14	11	9
童小码	13	7	10	8	6

亚加力脚趾甲



长度：毫米

硅胶脚套尺寸	一趾	二趾	三趾	四趾	五趾
28	17	8	7	6	4
27	11	8	8	6	4
26	15	8	8	6	4
25	12	6	6	5	4
24	11	7	7	6	5
23.5	11	8	6	5	4
23	15	7	7	6	6
22	13	7	5	4	4
21	13	7	5	4	4
20	12	6	6	5	4
19	12	7	7	5	4
18	11	6	5	5	4

选项:穿衣便

描述及应用：

穿衣便有以下特点：


- 使硅胶假肢更耐磨
  因为穿衣便的低摩擦系数，它可以减低硅胶假肢受磨损的程度,从而保护硅胶假肢。
- 减低表面粘性
  穿衣便可以帮助患者在硅胶假肢上滑动衣物。

（产品编码：SC）



注：-穿衣便是奶白色的，可能会使硅胶假肢的基底颜色变浅；
-为了保护穿衣便，所有污迹和油墨应立刻用温和的清洁剂和清水清除。穿衣便吸收油性油墨的速度很快，而且一旦吸收后就无法清除；
-穿衣便可以被磨损；
-穿衣便不在保修范围之内，见145页；

腕接头(标准配置)



内泡绵有腕接头的型号-102LS和102LSL

描述及应用：

- 手指内置铁线及腕接头的内泡绵是型号102LS及102LSL产品的标准特征。腕接头的功能是连接硅胶假肢和接授腔。
- 腕接头有四种：
  -外齿公制(红色)螺栓（产品编号：EX-MT）；
  -外齿英制(金色/金色头)螺栓（产品编号：EX-IP）；
  -内齿公制(红色)螺栓（产品编号：IN-MT）；
  -内齿英制(金色/金色头)螺栓（产品编号：IN-IP）；

注：常规的腕接头是外齿公制螺栓(红色)（产品编号：EX-MT）

选项：结构提升

这个选项让患者可以改变硅胶产品的结构，从而加强实际用途。结构改变包括手指的功能及耐用度的改变，内部填充构成的改变，以及接授腔内腕接头制式的配置。

选项：按型填充

描述及应用：

按型填充选项是指按照残肢的形状来填充手套截肢部分的空间，使填充物的形状适合残肢，以加强舒适性。
按型填充的物料可以是海绵，硅胶或“海绵加硅胶”。填充物料的选择，取决于填充的空间及卫生的考虑。

- 海绵填充 (产品编码：F)
  轻以及有弹性。
- 硅胶填充（产品编码：S）
  耐磨又易清洁。在填充空间比较小的时候，比如说半个手指的空间，建议用硅胶填充来加强耐用度。
- 海绵加硅胶混合填充 (产品编码：F+S)
  截肢区域先用海绵填充，然后用硅胶封口。混合填充的优点是又轻又卫生。建议在填充空间比较大时，采用海绵加硅胶混合填充来减少重量，比如说半手/脚掌截肢的情况。
  适用型号：102L，102LL，103，HDSFHT，HDSFHT-ER，HDSF，HDSF-ER，200，Toe系列

注：为了使填充部分舒适合身，客户必需提供给我们一个尺寸准确的石膏。在寄出石膏前，请先确认石膏的尺寸和订单表格上的尺寸相配。脚掌截肢的残肢石膏需要在石膏上重点标记：前，后，内，外的对线。这些线决定按型填充的准确性。
请向我们查询更多有关于石膏取型，量度方法和试样修正的资料。



按型海绵填充的手指截肢



按型海绵填充的半掌截肢



按型海绵填充的半掌截肢



按型海绵填充的手腕离断截肢



按型海绵填充的脚趾截肢



按型海绵填充的脚掌截肢



按型海绵填充的脚掌截肢(短残肢)

香港皇室硅胶义肢

选项：手指结构

描述及应用

- 植入铁线的手指 (产品编码：W)
  藏在手指假肢内海绵填充中的铁线，让病人可以把手指假肢弯曲到他们想要的自然外观。铁线末端包裹在塑胶帽中，以防止铁线刺破硅胶假肢。植入铁线的手指，适用于手掌或以上截肢的患者。
  植入铁线的手指适用于这些型号：102L,102LL,102LS,102LSL(标准配置) 和103（选用，不用额外费用）。

注：型号为半掌截肢用的103的时候，手指是否植入铁线取决于残肢的长度，也就是说长度决定是否能藏入铁线。



- 植入被动指节（产品编码：HF）
  当患者灵巧度不高，弯曲手指假肢的时候可能会有困难。这种情况我们会建议植入被动指节。铰接式的手指关节，可以让患者轻易地调整手指的第一和第二指节到想要的弯度。
  植入被动指节，比植入铁线的手指弯曲更容易，看起来也更加真实。
  适用型号：102L,102LL,102LS,102LSL,103和200系列
  适用尺码：大部分尺码（除童大1码，童中码，童小码，童加小码，中小2码，小1码，童大码外）。

注：指套内被动指节的数量取决于残肢的长度
请向我们查询更多有关于假肢手指植入铁线或被动指节的资料。





香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

- 强化手指头 (产品编码：RF)


  在硅胶手指内加入强化纤维，以提供额外的耐久度。

  适用型号：100/100L(标准配置)，102L,102LL,102LS,102LSL(选用)

  适用尺码：大部分（除童中码，童小码，童加小码，小1码，童大码）

  强化手指头不可以和以下选项同时选择：半订做和植入被动指节

注：强化手指头（RF）的手指的圆周可能会变大。




皇室硅胶假肢的强化范围			
	从掌指关节到手套边缘	头三根手指	所有手指(提升项目)
型号 100PL	2 层强化纤维	1 层特强强化纤维	-
型号 100，100L	2 层强化纤维	3 层特强强化纤维	-
型号 101L,101LL,102L,102LL,102LS,102LSL	2 层强化纤维	-	3 层特强强化纤维
型号 103	2 层强化纤维	-	-
型号 200	-	-	-
单指/趾	-	-	-
型号 HDSFHT,HDSFHT-ER,HDSF,HDSF-ER	尺码 18-22： 2 层强化纤维 尺码 23-28： 1 层强化纤维+ 1 层特强强化纤维	-	-
型号 BKSL,SL	2 层强化纤维	-	-

- 预设弯曲度（产品编码：B1/B2/B3）

  落单前必需先选择半订做。

  如果患者不想要可动指节，而是想要假肢手指制作到他们预期的弯度，患者可以在选择半订做的时候一并要求，我们会按提供的石膏制作手指。



选项：拉链

描述及应用：

- 拉链方便患者穿脱假肢。塑胶拉链是半掌截肢手套（型号103）及脚套（型号HDSFHT,HDSFHT-ER,HDSF,HDSF-ER）的标准配置，或者是美容手（型号101L,101LL,102L,102LL,102LS,102LSL），硅胶手臂筒(型号SL)和硅胶小腿套（型号BKSL）的选用选项。
- 为了使产品更耐用，脚套及小腿套拉链的拉齿较其他型号大。其他型号的小拉齿可以使假肢上的拉链接缝不明显。
- 拉链下面植入一层纤维，强化硅胶拉链舌以保护残肢。拉链头停止在拉链尾端前三个拉齿的位置，以减少拉链头掉出来的机会。

（产品编码：PZ）

选项：黏贴接授腔

描述及应用：

选择了黏贴接授腔选项，客户可以将假肢接授腔寄给我们，我们会接着裁剪，修磨，抛光硅胶假肢然后将硅胶假肢黏贴在假肢接授腔上。收到假肢后，整个假肢就可以直接使用了。

（产品编码：GTS）



香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com
一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

完整产品结构表
(上肢部分截肢)

✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外费用)
+= 提升项目(需要额外费用)

完整产品结构表 (表列每个型号可以选择的提升项目)					硅胶机电手	硅胶童用机电手	硅胶假肢手套			硅胶半掌截肢用手套	硅胶手指		硅胶手臂筒	硅胶爬行手
层次/型号		产品特性描述		编码	100L, 100	100PL	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200	单一手指	SL	CH
标准配置		性别、尺码			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		左右		L / R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
		颜色(使用皇室的色板)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头 (见18页)	公制，外齿		EX-MT					✓					✓
		公制，内齿		IN-MT					O					O
		英制，外齿		EX-IP					O					O
		英制，内齿		IN-IP					O					O
		碳纤板												
选项: 表面及外观优化	颜色 (见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)		D/P	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
		客户自定颜色（需要颜色样品）		CC	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	指甲 毛发	X系列(14页)		X	+	+	+	+	+	+	+	+		
		毛发层次(必需先选择X系列)		2D/3D	+	+	+	+	+	+	+	+		
		毛发颜色(必需先选择X系列) BB（棕色-黑色），BR（棕色），BL（黑色）		BB/BR /BL	+	+	+	+	+	+	+	+		
		亚加力指甲（见15页）（只适用于特定尺码）		ACRN			+	+	+	+	+	+		
	穿衣便	穿衣便（见17页）		SC	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
选项: 结构提升	手指构造 (见21-22页)	植入铁线	附标准填充	W	✓			✓	✓	O	O	O		
		植入被动指节	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度（见21页）	HF				+	+	+	+	+		
		强化手指（只适用于特定尺码） 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择		RF	✓		+	+	+					
	拉链	塑胶拉链		PZ			+	+	+	✓			+	
	半订做	半订做（见5页）		SCM	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
		手指弯曲度（必需先选择半订做） B1（笔直），B2(标准)，B3（特弯）		B1/B2 /B3							+	+		
	黏贴接授腔	黏贴接授腔（见23页）（需要假肢接授腔）		GTS				+	+				+	
	按型填充 (见19页)	海绵		F				+		+	+	+	+	
		硅胶		S				+		+	+	+		
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度（见19页）	F+S				+		+	+	+		

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com
一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

完整产品结构表
(下肢部分截肢)

✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外费用)
+= 提升项目(需要额外费用)

完整产品结构表 (表列每个型号可以选择的提升项目)					硅胶假肢脚套	硅胶假肢脚套 (附碳纤板)	硅胶脚趾	硅胶小腿套
层次/型号		产品特性描述		编码	HDSFHT, HDSF	HDSFHT-ER, HDSF-ER	TOE	BKSL
标准配置		性别、尺码			✓	✓	✓	✓
		左右		L / R	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)			✓	✓	✓	✓
	腕接头 (见18页)	公制，外齿		EX-MT				
		公制，内齿		IN-MT				
		英制，外齿		EX-IP				
		英制，内齿		IN-IP				
		碳纤板				✓		
选项: 表面及外观优化	颜色 (见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)		D/P	+	+	+	+
		客户自定颜色（需要颜色样品）		CC	+	+	+	+
	指甲 毛发	X系列(14页)		X	+	+	+	
		毛发层次(必需先选择X系列)		2D/3D	+	+	+	+
		毛发颜色(必需先选择X系列) BB（棕色-黑色），BR（棕色），BL（黑色）		BB/BR /BL	+	+	+	
		亚加力指甲（见15页）（只适用于特定尺码）		ACRN	+	+	+	
	穿衣便	穿衣便（见17页）		SC	+	+	+	+
选项: 结构提升	手指构造 (见21-22页)	植入铁线	附标准填充	W				
		植入被动指节	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度（见21页）	HF				
		强化手指（只适用于特定尺码） 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择		RF				
	拉链	塑胶拉链		PZ	✓	✓		+
	半订做	半订做（见5页）		SCM	+	+	+	+
		手指弯曲度（必需先选择半订做） B1（笔直），B2(标准)，B3（特弯）		B1/B2 /B3				
	黏贴接授腔	黏贴接授腔（见23页）（需要假肢接授腔）		GTS				+
	按型填充 (见19页)	海绵		F	+	+		+
		硅胶		S	+	+	+	
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度（见19页）	F+S	+	+		


适用于肌电手或机械手手头

型号 100L



产品描述：

- 高像真度硅胶义肢手套，细致的手纹、血管和关节
- 配合肌电手和机械手手头的设计
- 长手套设计
- 加强手指头
- 提升项目：请参阅我们的完整产品结构(见24页)



应用



肌电/机械手

尺码表：

成人				
尺码	加大码(8”-8¼”)	大码 (7¾”)	中码 (7¼”)	小码 (7”)
男用	30页	32页	34页	40页
女用	-	36页	38页	40页

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

香港皇室义肢

提升项目
肌电手和机械手手套
被动装饰手套 半掌截肢手套/手指套
脚套
小腿套/手臂筒
常见问题 回答和保养


适用于肌电手或机械手手头

型号 100



产品描述：

- 高像真度硅胶义肢手套，细致的手纹、血管和关节
- 配合肌电手和机械手手头的设计
- 加强手指头
- 提升项目：请参阅我们的完整产品结构(见24页)



应用



肌电/机械手

尺码表：

成人				
尺码	加大码(8”-8¼”)	大码 (7¾”)	中码 (7¼”)	小码 (7”)
男用	30页	32页	34页	40页
女用	-	36页	38页	40页

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

适用于儿童用肌电手手头

型号 100PL



产品描述：

- 适合儿童使用
- 高像真度硅胶假肢手套，有详细的手纹及指节
- 配合2000型号机电手设计
- 提升项目：请参阅我们的完整产品结构(见24页)

尺码表


儿童码				
尺码	童大码(6 1/2")	童中码 (6")	童小码(5 1/2")	童加小码(5")
不限性别	42页	42页	44页	44页

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com
一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

香港皇室硅胶义肢

提升项目
肌电手和机械手手套
被动装饰手套 半掌截肢手套/手指套
脚套
小腿套/手臂筒
常见问题 回答和保养

皇室硅胶假肢手套-尺寸测量表



型号100L(适用于肌电/机械手手头)

男用手套厚度：2-3.5毫米											女用手套厚度：2.3.5毫米										
奥特博客手套	皇室手套		毫米				标准长度	特长	2015目录页码		奥特博客手套	皇室手套		毫米				标准长度	特长	2015目录页码	
			A	B	C	D	E	F						A	B	C	D	E	F		
8S4=220x80L	加大码(8"-8¼")	左	236	78	76	198	-	555	30		8S5=195x78L	大码 (7¾")	左	208	75	72	186	-	515	36	
8S4=220x80R	加大码(8"-8¼")	右	233	78	75	203	-	560	30		8S5=195x78R	大码 (7¾")	右	205	75	72	187	-	520	36	
8S4=210x78L	大码 (7¾")	左	208	74	68	185	-	565	32		-	中码(7¼")	左	198	75	64	176	-	480	38	
8S4=210x78R	大码 (7¾")	右	208	75	72	190	-	555	32		-	中码(7¼")	右	202	75	66	180	-	475	38	
8S4=190x76L	中码(7¼")	左	201	75	65	180	-	540	34		-	小码(7")	左	178	61	62	170	-	435	40	
8S4=190x76R	中码(7¼")	右	201	74	70	180	-	537	34		-	小码(7")	右	178	62	63	170	-	435	40	
-	小码(7")	左	178	61	62	170	-	435	40												
-	小码(7")	右	178	62	63	170	-	435	40												
以上资料只供参考。如果不知道如何选择尺码请联系我们的技术员。																					

型号100（适用于肌电/机械手手头）

男用手套厚度：2-3.5毫米										女用手套厚度：2.3.5毫米									
奥特博客手套	皇室手套		毫米				标准长度	特长	2015目录页码	奥特博客手套	皇室手套		毫米				标准长度	特长	2015目录页码
			A	B	C	D	E	F					A	B	C	D	E	F	
8S4=220x80L	加大码(8"-8¼")	左	233	80	75	200	345	-	30	8S5=195x78L	大码 (7¾")	左	210	76	72	186	230	-	36
8S4=220x80R	加大码(8"-8¼")	右	230	78	73	205	350	-	30	8S5=195x78R	大码 (7¾")	右	210	75	72	188	230	-	36
8S4=210x78L	大码 (7¾")	左	222	73	73	192	215	-	32	-	中码(7¼")	左	195	73	61	174	220	-	38
8S4=210x78R	大码 (7¾")	右	215	75	70	195	215	-	32	-	中码(7¼")	右	202	75	66	182	220	-	38
8S4=190x76L	中码(7¼")	左	202	75	65	178	220	-	34	-	小码(7")	左	178	61	62	170	230	-	40
8S4=190x76R	中码(7¼")	右	202	75	72	180	225	-	34	-	小码(7")	右	178	62	63	170	230	-	40
-	小码(7")	左	178	61	62	170	230	-	40										
-	小码(7")	右	178	62	63	170	230	-	40										
以上资料只供参考。如果不知道如何选择尺码请联系我们的技术员。																			

型号100PL(适用于童用2000型号肌电机械手手头)

不分性别-手套厚度：2-2.5mm									
奥特博客手套	皇室手套		毫米				标准长度	特长	2015目录页码
			A	B	C	D	E	F	
-	童大码(6½")	左	165	72	53	153	-	473	42
-	童大码(6½")	右	168	72	53	155	-	473	42
-	童中码(6")	左	153	60	49	140	-	440	42
-	童中码(6")	右	155	60	48	141	-	440	42
-	童小码(5½")	左	143	47	48	131	-	400	44
-	童小码(5½")	右	141	47	48	131	-	400	44
-	童加小码(5")	左	133	43	45	123	-	390	44
-	童加小码(5")	右	133	43	45	121	-	390	44
以上资料只供参考。如果不知道如何选择尺码请联系我们的技术员。									

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com
一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

产品：硅胶肌电手

型号：100L，100

尺码：男，加大码(8"-8¼")



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)


层次\型号		产品特性描述			编码	100L, 100
标准配置		性别，尺码			M-XL	✓
		左右			L / R	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓
	腕接头（见18页）	公制,外齿			EX-MT	
		公制,内齿			IN-MT	
		英制,外齿			EX-IP	
		英制,内齿			IN-IP	
选项：表面及外观优化	颜色（见12页）	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+
选项：结构提升	手指构造（见21-22页）	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W	✓
		植入被动指节			HF	
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	✓
	拉链	塑胶拉链			PZ	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3	
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS	
	按型填充（见19页）	海绵			F	
		硅胶			S	
		海绵和硅胶		可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S	

怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购


怎样测量：参见137页

男，加大码(8"-8¼")

型号 100L(26页) 厚度：2-3.5毫米 毫米



型号100(27页) 厚度:2-3.5毫米 毫米



- 所有资料只供参考
- 请查询更详细的资料

产品：硅胶肌电手

型号：100L，100

尺码：男，大码(7¾")



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)


层次\型号		产品特性描述			编码	100L, 100
标准配置		性别，尺码			M-L	✓
		左右			L / R	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓
	腕接头（见18页）	公制,外齿			EX-MT	
		公制,内齿			IN-MT	
		英制,外齿			EX-IP	
		英制,内齿			IN-IP	
选项：表面及外观优化	颜色（见12页）	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+
选项：结构提升	手指构造（见21-22页）	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W	✓
		植入被动指节			HF	
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	✓
	拉链	塑胶拉链			PZ	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3	
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS	
	按型填充（见19页）	海绵			F	
		硅胶			S	
		海绵和硅胶		可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S	

怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购


怎样测量：参见137页

男，大码(7¾")

型号 100L(26页) 厚度：2-3.5毫米 毫米



型号100(27页) 厚度:2-3.5毫米 毫米



- 所有资料只供参考
- 请查询更详细的资料

产品：硅胶肌电手

型号：100L，100

尺码：男，中码(7¼")



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)


层次\型号		产品特性描述			编码	100L, 100
标准配置		性别，尺码			M-M	✓
		左右			L / R	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓
	腕接头（见18页）	公制,外齿			EX-MT	
		公制,内齿			IN-MT	
		英制,外齿			EX-IP	
		英制,内齿			IN-IP	
选项：表面及外观优化	颜色（见12页）	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+
选项：结构提升	手指构造（见21-22页）	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W	✓
		植入被动指节			HF	
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	✓
	拉链	塑胶拉链			PZ	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3	
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS	
	按型填充（见19页）	海绵			F	
		硅胶			S	
		海绵和硅胶		可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S	

怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购


怎样测量：参见137页

男，中码(7¼")

型号 100L(26页) 厚度：2-3.5毫米 毫米



型号100(27页) 厚度:2-3.5毫米 毫米



- 所有资料只供参考
- 请查询更详细的资料

产品：硅胶肌电手

型号：100L，100

尺码：女，大码(7¾")



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)


层次\型号		产品特性描述			编码	100L, 100
标准配置		性别，尺码			F-L	✓
		左右			L / R	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓
	腕接头（见18页）	公制,外齿			EX-MT	
		公制,内齿			IN-MT	
		英制,外齿			EX-IP	
		英制,内齿			IN-IP	
选项：表面及外观优化	颜色（见12页）	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+
选项：结构提升	手指构造（见21-22页）	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W	✓
		植入被动指节			HF	
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	✓
	拉链	塑胶拉链			PZ	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3	
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS	
	按型填充（见19页）	海绵			F	
		硅胶			S	
		海绵和硅胶		可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S	

怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购


怎样测量：参见137页

女，大码(7¾")

型号 100L(26页) 厚度：2-3.5毫米 毫米



型号100(27页) 厚度:2-3.5毫米 毫米



- 所有资料只供参考
- 请查询更详细的资料

产品：硅胶肌电手

型号：100L，100

尺码：女，中码(7¼")



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)


层次\型号		产品特性描述			编码	100L, 100
标准配置		性别，尺码			F-M	✓
		左右			L / R	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓
	腕接头（见18页）	公制,外齿			EX-MT	
		公制,内齿			IN-MT	
		英制,外齿			EX-IP	
		英制,内齿			IN-IP	
选项：表面及外观优化	颜色（见12页）	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+
选项：结构提升	手指构造（见21-22页）	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W	✓
		植入被动指节			HF	
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	✓
	拉链	塑胶拉链			PZ	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3	
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS	
	按型填充（见19页）	海绵			F	
		硅胶			S	
		海绵和硅胶		可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S	

怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购


怎样测量：参见137页

女，中码(7¼")

型号 100L(26页) 厚度：2-3.5毫米 毫米



型号100(27页) 厚度:2-3.5毫米 毫米



- 所有资料只供参考
- 请查询更详细的资料

产品：硅胶肌电手

型号：100L，100

尺码：男，小码(7")
　　女，小码(7")



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)


层次\型号		产品特性描述			编码	100L, 100
标准配置		性别，尺码			（编码: M-S / F-S）	✓
		左右			L / R	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓
	腕接头（见18页）	公制,外齿			EX-MT	
		公制,内齿			IN-MT	
		英制,外齿			EX-IP	
		英制,内齿			IN-IP	
选项：表面及外观优化	颜色（见12页）	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+
选项：结构提升	手指构造（见21-22页）	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W	✓
		植入被动指节			HF	
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	✓
	拉链	塑胶拉链			PZ	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3	
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS	
	按型填充（见19页）	海绵			F	
		硅胶			S	
		海绵和硅胶		可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S	

怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购


怎样测量： 参见137页

男,小码(7"), 女小码(7")

型号 100L(26页)　　厚度：2-3.5毫米　　毫米



型号100(27页)　　厚度:2-3.5毫米　　毫米



- 所有资料只供参考
- 请查询更详细的资料

产品：硅胶童用肌电手套

型号：100PL

尺码：童大码(6½"), 童中码 (6")

童大码(6½")



童中码 (6")



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)


层次\型号		产品特性描述			编码	100PL
标准配置		性别，尺码		(编码: PL-PM)		✓
		左右			L / R	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓
	腕接头 (见18页)	公制,外齿			EX-MT	
		公制,内齿			IN-MT	
		英制,外齿			EX-IP	
		英制,内齿			IN-IP	
选项：表面及外观优化	颜色 (见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR /BL	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+
选项：结构提升	手指构造 (见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W	✓
		植入被动指节			HF	
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	✓
	拉链	塑胶拉链			PZ	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2 /B3	
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS	
	按型填充 (见19页)	海绵			F	
		硅胶			S	
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)		F+S	

怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


童大码(6½")

型号 100PL(28页) 厚度：2-2.5毫米 毫米



童中码 (6")

型号100PL(28页) 厚度:2-2.5毫米 毫米



- 所有资料只供参考
- 请查询更详细的资料

产品：硅胶童用肌电手套

型号：100PL

尺码：童小码(5½"), 童加小码(5")

童小码(5½")



童加小码(5")



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	100PL
标准配置		性别，尺码		(编码:PS-PXS)		✓
		左右			L / R	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓
	腕接头（见18页）	公制,外齿			EX-MT	
		公制,内齿			IN-MT	
		英制,外齿			EX-IP	
		英制,内齿			IN-IP	
选项：表面及外观优化	颜色（见12页）	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+
选项：结构提升	手指构造（见21-22页）	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W	✓
		植入被动指节			HF	
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	✓
	拉链	塑胶拉链			PZ	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3	
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS	
	按型填充（见19页）	海绵			F	
		硅胶			S	
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)		F+S	


怎样订购: 见136页


请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页

童小码(5½")


型号 100PL(28页) 厚度：2-2.5毫米 毫米






童加小码(5")

型号100PL(28页) 厚度:2-2.5毫米 毫米





- 所有资料只供参考
- 请查询更详细的资料

适用于手腕或手腕以上截肢

型号 101L,102LS, 102L
型号 101LL,102LSL, 102LL



产品描述：

- 高像真度硅胶手套，细致手纹，血管和指节
- 为手腕或手腕以上截肢设计
- 型号 101LL, 102LSL, 102LL；特长型号
- 型号 101L, 102LS, 102L；标准型号

应用



型号 101LL，101L
- 高像真度硅胶假肢手套
- 没有内部填充
- 提升项目：请参阅我们的完整产品结构 (见24页)



型号 102LSL，102LS
- 可调整弯曲度的手指
- 内部海绵填充
- 植入腕接头(公制/英制的内齿/外齿螺栓)
- 标准的男女童小码或加小码只填充硅胶
- 提升项目：请参阅我们的完整产品结构 (见24页)

用来连接手臂接受腔接头



型号 102LL,102L
- 可调整弯曲度的手指
- 内部海绵填充
- 标准的男女童或小码只填充硅胶
- 提升项目：请参阅我们的完整产品结构 (见24页)

连接接受腔或直接穿戴

尺码表:

成人码																	
尺码	加大码	加大1码	大码	大1码	大2码	大中码	大中1码	中码	中1码	中2码	中3码	中4码	中小码	中小1码	中小2码	小码	小1码
男码	52页	54页	56页	58页	60页	62页	-	64页	66页	68页	70页	72页	74页	76页	-	78页	-
女码	62页	-	80页	68页	82页	74页	76页	84页	-	-	-	-	78页	-	88页	86页	90页

童码					
尺码	童大码	童大1码	童中码	童小码	童加小码
男码	78页	88页	90页	94页	96页
女码	90页	-	92页	94页	96页

香港皇室义肢有限公司 www.regalprosthesis.com
一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

适用于半掌截肢


型号 103

产品描述：

- 高像真度硅胶假肢手套，细致的手纹，血管及指节
- 为半掌截肢设计
- 提升项目：请参阅我们的完整产品结构图 (见24页)



应用



尺码表:

成人码																	
尺码	加大码	加大1码	大码	大1码	大2码	大中码	大中1码	中码	中1码	中2码	中3码	中4码	中小码	中小1码	中小2码	小码	小1码
男码	52页	54页	56页	58页	60页	62页	-	64页	66页	68页	70页	72页	74页	76页	-	78页	-
女码	62页	-	80页	68页	82页	74页	76页	84页	-	-	-	-	78页	-	88页	86页	90页

童码					
尺码	童大码	童大1码	童中码	童小码	童加小码
男码	78页	88页	90页	94页	96页
女码	90页	-	92页	94页	96页

香港皇室义肢有限公司 www.regalprosthesis.com
一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

适用于手指截肢

型号200系列及单指




产品描述：

- 高像真度硅胶手指套，细致的手指纹及指节
- 为手指截肢设计
- 升级选项：请参阅我们的完整产品结构 (见24页)

手指截肢的数量	建议型号	描述
单指	型号 201S, 202S, 203S, 204S, 205S	拇指，食指，中指，无名指，尾指
两根相连的手指	型号 202-203C, 203-204C, 204-205C	食指-中指，中指-无名指，无名指-尾指
三根相连的手指	型号 202-203-204C, 203-204-205C	食指-中指-无名指 中指-无名指-尾指
四根相连的手指	型号 200C	如果还需要一根分开的拇指 型号 200C-201S
四根分开的手指	型号 200S	如果还需要一根分开的拇指 型号 200S-201S

应用：



尺码表：

成人码																	
尺码	加大码	加大1码	大码	大1码	大2码	大中码	大中1码	中码	中1码	中2码	中3码	中4码	中小码	中小1码	中小2码	小码	小1码
男码	52页	54页	56页	58页	60页	62页	-	64页	66页	68页	70页	72页	74页	76页	-	78页	-
女码	62页	-	80页	68页	82页	74页	76页	84页	-	-	-	-	78页	-	88页	86页	90页


童码					
尺码	童大码	童大1码	童中码	童小码	童加小码
男码	78页	88页	90页	94页	96页
女码	90页	-	92页	94页	96页

儿童爬行手

型号 CH








产品描述及应用：

- 硅胶爬行手可以让儿童双手活动
- 手掌形态近乎握拳，手指不会被戳到兄弟姐妹及玩伴
- 以硅胶填充更耐磨损
- 内置腕接头，可以选择：公制或英制的内齿/外齿螺栓
- 尺码：大码，中码和小码
- 提升项目：请参阅我们的完整产品结构 (见24页)



尺寸量度图

左和右	C1(毫米)	C2(毫米)	C3(毫米)	L1(毫米)	L2(毫米)	L3毫米
大码	155	109	130	78	65	143
中码	143	103	122	72	60	132
小码	132	93	113	66	55	121

怎样订购

型号及号码	尺码	左/右	螺栓(EX=外齿,IN=内齿)	螺纹种类 (MT=公制,IP=英制)	颜色
CH	L	L/R	EX / IN	MT / IP	参看皇室的色板
CH	M	L/R	EX / IN	MT / IP	
CH	S	L/R	EX / IN	MT / IP	

皇室硅胶假肢手套-尺寸量度图

适用于型号 101L, 102LS, 102L, 101LL, 102LSL, 102LL(手腕或手腕以上截肢)


男码-手套厚度：2-2.5毫米											女码手套厚度：2-2.5毫米									
奥特博克手套	皇室手套		毫米				标准长度	特长长度	2015年目录页码		奥特博克手套	皇室手套		毫米				标准长度	特长长度	2015年目录页码
			A	B	C	D	E	F						A	B	C	D	E	F	
8S4=238x92L	加大码	左	235	74	80	196	310	544	52	成人	8S5=208x89L	加大码	左	220	76	79	183	314	535	62
8S4=244x94R	加大码	右	239	76	84	210	310	538	52		8S5=210x89R	加大码	右	223	80	76	183	323	536	62
8S4=228x88L 8S4=228x84L 8S4=221x81L	加大1码	左	233	73	82	196	395	538	54		-	大码	左	205	67	72	179	297	487	80
8S4=228x89R 8S4=225x82R 8S4=222x84R	加大1码	右	230	77	77	194	373	530	54		-	大码	右	206	65	71	179	290	487	80
8S4=232x94L	大码	左	230	78	74	190	320	533	56		8S5=195x78L	大1码	左	202	74	66	170	315	532	68
8S4=230x93R	大码	右	231	77	75	196	318	530	56		8S5=195x78R	大1码	右	203	71	64	174	319	532	68
-	大1码	左	220	67	76	193	335	556	58		8S5=195x79L	大2码	左	202	70	72	174	313	470	82
-	大1码	右	233	66	81	200	336	550	58		8S5=200x79R	大2码	右	203	67	72	174	310	460	82
-	大2码	左	228	76	73	187	370	545	60											
-	大2码	右	229	76	77	197	373	546	60											
8S4=220x91L 8S4=218x85L 8S4=214x82L 8S4=213x85L 8S4=212x93L	大中码	左	220	76	79	183	314	535	62		8S5=194x82L 8S5=192x78L	大中码	左	189	67	62	163	288	481	74
8S4=218x85R 8S4=218x83R 8S4=215x83R 8S4=214x90R 8S4=215x93R	大中码	右	223	80	76	183	323	536	62		8S5=191x78R 8S5=189x84R	大中码	右	198	70	64	166	295	488	74
8S4=211x88L 8S4=208x85L 8S4=207x86L 8S4=206x87L	中码	左	209	70	72	185	327	542	64		-	大中1码	左	190	70	63	162	290	501	76
8S4=212x86R 8S4=212x83R 8S4=215x88R 8S4=209x86R	中码	右	212	72	72	188	320	532	64		-	大中1码	右	198	71	65	162	303	497	76
8S4=206x80L 8S4=205x81L	中1码	左	208	67	70	184	317	528	66		8S5=182x84L 9S5=180x80L	中码	左	182	69	66	156	293	452	84
8S4=205x81R 8S4=205x80R	中1码	右	212	68	73	184	320	518	66		8S5=190x84R 8S5=176x80R	中码	右	184	68	66	155	293	450	84
8S4=203x85L 8S4=203x83L	中2码	左	202	74	66	170	315	532	68		8S5=190x93L 8S5=190x77L 8S5=188x79L	中小码	左	188	69	62	162	307	463	78
8S4=206x85R 8S4=199x82R	中2码	右	203	71	64	174	319	532	68		8S5=190x93R 8S5=190x77R 8S5=188x79R	中小码	右	190	70	64	160	317	463	78
8S4=202x74L	中3码	左	213	73	67	176	330	528	70		-	中小2码	左	181	65	61	157	335	526	88
8S4=206x76R	中3码	右	204	67	70	175	345	538	70		-	中小2码	右	185	64	63	157	330	522	88
-	中4码	左	210	69	71	177	344	512	72		8S5=185x75L 8S5=184x78L 8S5=184x75L	小码	左	180	60	62	160	286	479	86
-	中4码	右	202	67	67	167	340	530	72		8S5=187x74R 8S5=184x78R 8S5=181x75R	小码	右	188	62	62	162	292	468	86
-	中小码	左	189	67	62	163	288	481	74		8S5=174x74L 8S5=165x72L	小1码	左	178	65	54	144	299	481	90
-	中小码	右	198	70	64	166	295	488	74		8S5=175x76R 8S5=167x72R	小1码	右	175	65	54	147	298	477	90
-	中小1码	左	190	70	63	162	290	501	76											
-	中小1码	右	198	71	65	162	303	497	76											
-	小码	左	188	69	62	162	307	463	78											
-	小码	右	190	70	64	160	317	463	78											
-	童大码	左	188	69	62	162	307	463	78	儿童	8S6=170x65L	童大码	左	178	65	54	144	299	481	90
-	童大码	右	190	70	64	160	317	463	78		8S6=170x65R	童大码	右	175	65	54	147	298	477	90
-	童大1码	左	181	65	61	157	335	526	88											
-	童大1码	右	185	64	63	157	330	522	88											
8S6=170x65L 8S6=168x70L 8S6=165x68L	童中码	左	178	65	54	144	299	481	90		8S6=168x70L 8S6=165x68L	童中码	左	173	62	57	142	310	473	92
8S6=170x65R 8S6=166x70R 8S6=158x68R	童中码	右	175	65	54	147	298	477	90		8S6=166x70R 8S6=158x68R	童中码	右	165	64	55	138	295	473	92
8S6=142x50L 8S6=138x58L	童小码	左	141	48	51	119	255	443	94		8S6=142x50L 8S6=138x58L	童小码	左	141	48	51	119	255	443	94
8S6=139x51R 8S6=138x58R	童小码	右	140	49	50	123	245	437	94		8S6=139x51R 8S6=138x58R	童小码	右	140	49	50	123	245	437	94
-	童加小码	左	125	45	43	115	214	391	96		-	童加小码	左	125	45	43	115	214	391	96
-	童加小码	右	131	44	43	120	223	383	96		-	童加小码	右	131	44	43	120	223	383	96

以上资料只供参考。如果你不确定应该选择哪个尺码，请联系我们技术人员

香港皇室义肢有限公司 www.regalprosthesis.com
一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

香港皇室义肢

皇室硅胶假肢手套-尺寸量度图



适用于型号 103 （半掌截肢）

男码-手套厚度：2-2.5毫米								女码手套厚度：2-2.5毫米							
皇室手套		毫米					2015年目录页码	皇室手套		毫米					2015年目录页码
		A	B	C	D	E				A	B	C	D	E	
加大码	左	238	73	80	201	208	52	加大码	左	216	76	79	189	215	62
加大码	右	243	77	84	210	213	52	加大码	右	230	74	80	199	201	62
加大1码	左	233	73	85	204	238	54	大码	左	204	67	70	178	208	80
加大1码	右	230	77	78	195	235	54	大码	右	208	67	71	180	198	80
大码	左	234	76	75	205	219	56	大1码	左	199	73	65	167	203	68
大码	右	240	75	80	207	208	56	大1码	右	203	71	65	168	203	68
大1码	左	214	66	72	192	211	58	大2码	左	204	70	73	180	213	82
大1码	右	226	65	78	193	208	58	大2码	右	203	67	71	179	203	82
大2码	左	228	76	71	185	240	60	大中码	左	189	66	63	167	200	74
大2码	右	229	77	75	196	240	60	大中码	右	198	69	64	163	196	74
大中码	左	216	76	79	189	215	62	大中1码	左	190	69	61	165	195	76
大中码	右	230	74	80	199	201	62	大中1码	右	200	70	64	161	198	76
中码	左	210	68	72	185	213	64	中码	左	189	69	68	174	203	84
中码	右	215	69	71	188	200	64	中码	右	185	68	66	167	198	84
中1码	左	207	67	69	185	198	66	中小码	左	190	70	64	169	193	78
中1码	右	213	67	72	180	198	66	中小码	右	193	70	64	167	195	78
中2码	左	199	73	65	167	203	68	中小2码	左	183	65	61	163	206	88
中2码	右	203	71	65	168	203	68	中小2码	右	185	64	64	164	206	88
中3码	左	216	72	67	173	213	70	小码	左	180	60	60	159	197	86
中3码	右	204	67	69	166	223	70	小码	右	186	62	62	165	195	86
中4码	左	210	70	71	179	210	72	小1码	左	175	65	55	145	179	90
中4码	右	207	67	68	173	203	72	小1码	右	175	67	55	150	185	90
中小码	左	189	66	63	167	200	74								
中小码	右	198	69	64	163	196	74								
中小1码	左	190	69	61	165	195	76								
中小1码	右	200	70	64	161	198	76								
小码	左	190	70	64	169	193	78								
小码	右	193	70	64	167	195	78								
童大码	左	190	70	64	169	193	78	童大码	左	175	65	55	145	179	90
童大码	右	193	70	64	167	195	78	童大码	右	175	67	55	150	185	90
童大1码	左	183	65	61	163	206	88								
童大1码	右	185	64	64	164	206	88								
童中码	左	175	65	55	145	179	90	童中码	左	173	63	56	150	175	92
童中码	右	175	67	55	150	185	90	童中码	右	166	64	55	139	180	92
童小码	左	140	48	51	119	165	94	童小码	左	140	48	51	119	165	94
童小码	右	143	49	51	123	155	94	童小码	右	143	49	51	123	155	94
童加小码	左	125	45	43	115	165	96	童加小码	左	125	45	43	115	165	96
童加小码	右	130	43	45	119	158	96	童加小码	右	130	43	45	119	158	96

以上资料只供参考。如果你不确定应该选择哪个尺码，请联系我们技术人员

香港皇室义肢有限公司 www.regalprosthesis.com
一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：男，加大码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)


层次\型号		产品特性描述			编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码			M-XL	✓	✓	✓	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头 (见18页)	公制,外齿			EX-MT			✓		
		公制,内齿			IN-MT			O		
		英制,外齿			EX-IP			O		
		英制,内齿			IN-IP			O		
选项：表面及外观优化	颜色 (见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR /BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN					
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造 (见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节			HF		+	+	+	+
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	+	+	+		
	拉链	塑胶拉链			PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2 /B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS		+	+		
	按型填充 (见19页)	海绵			F		+		+	+
		硅胶			S		+		+	+
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)		F+S		+		+	+

怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购


怎样测量：参见137页

男，加大码


型号200系列和单指(48页)　厚度：1-1.8毫米　毫米



型号103(47页)　厚度：2-2.5毫米　毫米



型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页)　厚度：2-2.5毫米　毫米



- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

提升项目
肌电手和机械手套
被动装饰手套 半掌截肢手套/手指套
小腿套/手臂筒
常见问题 回答和保养
脚套

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：男，加大1码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码			M-XL1	✓	✓	✓	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头 (见18页)	公制,外齿			EX-MT			✓		
		公制,内齿			IN-MT			O		
		英制,外齿			EX-IP			O		
		英制,内齿			IN-IP			O		
选项：表面及外观优化	颜色 (见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR /BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN					
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造 (见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节			HF		+	+	+	+
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	+	+	+		
	拉链	塑胶拉链			PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2 /B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS		+	+		
	按型填充 (见19页)	海绵			F		+		+	+
		硅胶			S		+		+	+
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)		F+S		+		+	+

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com


一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


男，加大1码


型号200系列和单指(48页)　厚度：1-1.8毫米　毫米







型号103(47页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：男，大码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码			M-L	✓	✓	✓	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头 (见18页)	公制,外齿			EX-MT			✓		
		公制,内齿			IN-MT			O		
		英制,外齿			EX-IP			O		
		英制,内齿			IN-IP			O		
选项：表面及外观优化	颜色 (见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR /BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN					
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造 (见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节			HF		+	+	+	+
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	+	+	+		
	拉链	塑胶拉链			PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2 /B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS		+	+		
	按型填充 (见19页)	海绵			F		+		+	+
		硅胶			S		+		+	+
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)		F+S		+		+	+

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com


一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


男，大码


型号200系列和单指(48页)　厚度：1-1.8毫米　毫米







型号103(47页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：男，大1码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码			M-L1	✓	✓	✓	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头 (见18页)	公制,外齿			EX-MT			✓		
		公制,内齿			IN-MT			O		
		英制,外齿			EX-IP			O		
		英制,内齿			IN-IP			O		
选项：表面及外观优化	颜色 (见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR /BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN					
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造 (见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节			HF		+	+	+	+
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	+	+	+		
	拉链	塑胶拉链			PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2 /B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS		+	+		
	按型填充 (见19页)	海绵			F		+		+	+
		硅胶			S		+		+	+
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)		F+S		+		+	+


香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


男，大1码


型号200系列和单指(48页)　厚度：1-1.8毫米　毫米







型号103(47页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：男，大2码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码			M-L2	✓	✓	✓	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头(见18页)	公制,外齿			EX-MT			✓		
		公制,内齿			IN-MT			O		
		英制,外齿			EX-IP			O		
		英制,内齿			IN-IP			O		
选项：表面及外观优化	颜色(见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN					
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造(见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节			HF		+	+	+	+
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	+	+	+		
	拉链	塑胶拉链			PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS		+	+		
	按型填充(见19页)	海绵			F		+		+	+
		硅胶			S		+		+	+
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)		F+S		+		+	+


香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


男，大2码


型号200系列和单指(48页)　厚度：1-1.8毫米　毫米







型号103(47页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：男，大中码
女，加大码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码		(编码 M-LM / F-XL)		✓	✓	✓	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头 (见18页)	公制,外齿			EX-MT			✓		
		公制,内齿			IN-MT			O		
		英制,外齿			EX-IP			O		
		英制,内齿			IN-IP			O		
选项：表面及外观优化	颜色 (见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR /BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	+	+	+	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造 (见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节			HF		+	+	+	+
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	+	+	+		
	拉链	塑胶拉链			PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2 /B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS		+	+		
	按型填充 (见19页)	海绵			F		+		+	+
		硅胶			S		+		+	+
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)		F+S		+		+	+


香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


男，大中码/女，加大码


型号200系列和单指(48页)　厚度：1-1.8毫米　毫米







型号103(47页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：男，中码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述		编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码		M-M	✓	✓	✓	✓	✓
		左右		L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)			✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头 (见18页)	公制,外齿		EX-MT			✓		
		公制,内齿		IN-MT			O		
		英制,外齿		EX-IP			O		
		英制,内齿		IN-IP			O		
选项：表面及外观优化	颜色 (见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)		D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)		CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)		X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)		2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)		BB/BR /BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)		ACRN					
	穿衣便	穿衣便(见17页)		SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造 (见21-22页)	植入铁线	附标准填充	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	HF		+	+	+	+
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择		RF	+	+	+		
	拉链	塑胶拉链		PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)		SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)		B1/B2 /B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)		GTS		+	+		
	按型填充 (见19页)	海绵		F		+		+	+
		硅胶		S		+		+	+
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S		+		+	+

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com


一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


男，中码


型号200系列和单指(48页)　厚度：1-1.8毫米　毫米







型号103(47页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：男，中1码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码			M-M1	✓	✓	✓	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头(见18页)	公制,外齿			EX-MT			✓		
		公制,内齿			IN-MT			O		
		英制,外齿			EX-IP			O		
		英制,内齿			IN-IP			O		
选项：表面及外观优化	颜色(见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN					
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造(见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节			HF		+	+	+	+
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	+	+	+		
	拉链	塑胶拉链			PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS		+	+		
	按型填充(见19页)	海绵			F		+		+	+
		硅胶			S		+		+	+
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)		F+S		+		+	+

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com


一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


男，中1码


型号200系列和单指(48页)　厚度：1-1.8毫米　毫米







型号103(47页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：男，中2码
女，大1码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码		(编码: M-M2 / F-L1)		✓	✓	✓	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头 (见18页)	公制,外齿			EX-MT			✓		
		公制,内齿			IN-MT			O		
		英制,外齿			EX-IP			O		
		英制,内齿			IN-IP			O		
选项：表面及外观优化	颜色 (见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR /BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	+	+	+	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造 (见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节			HF		+	+	+	+
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	+	+	+		
	拉链	塑胶拉链			PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2 /B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS		+	+		
	按型填充 (见19页)	海绵			F		+		+	+
		硅胶			S		+		+	+
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)		F+S		+		+	+


香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


男，中2码/女，大1码


型号200系列和单指(48页)　厚度：1-1.8毫米　毫米







型号103(47页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：男，中3码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码			M-M3	✓	✓	✓	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头 (见18页)	公制,外齿			EX-MT			✓		
		公制,内齿			IN-MT			O		
		英制,外齿			EX-IP			O		
		英制,内齿			IN-IP			O		
选项：表面及外观优化	颜色 (见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR /BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN					
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造 (见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节			HF		+	+	+	+
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	+	+	+		
	拉链	塑胶拉链			PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2 /B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS		+	+		
	按型填充 (见19页)	海绵			F		+		+	+
		硅胶			S		+		+	+
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)		F+S		+		+	+


香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购


怎样测量：参见137页

男，中3码


型号200系列和单指(48页)　厚度：1-1.8毫米　毫米



型号103(47页)　厚度：2-2.5毫米　毫米



型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页)　厚度：2-2.5毫米　毫米



- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：男，中4码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码			M-M4	✓	✓	✓	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头 (见18页)	公制,外齿			EX-MT			✓		
		公制,内齿			IN-MT			O		
		英制,外齿			EX-IP			O		
		英制,内齿			IN-IP			O		
选项：表面及外观优化	颜色 (见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR /BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN					
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造 (见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节			HF		+	+	+	+
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	+	+	+		
	拉链	塑胶拉链			PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2 /B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS		+	+		
	按型填充 (见19页)	海绵			F		+		+	+
		硅胶			S		+		+	+
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)		F+S		+		+	+


香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


男，中4码


型号200系列和单指(48页)　厚度：1-1.8毫米　毫米







型号103(47页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：男，中小码
女，大中码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述	编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码 (编码: M-MS / F-LM)		✓	✓	✓	✓	✓
		左右	L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)		✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头 (见18页)	公制,外齿	EX-MT			✓		
		公制,内齿	IN-MT			O		
		英制,外齿	EX-IP			O		
		英制,内齿	IN-IP			O		
选项：表面及外观优化	颜色 (见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)	D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)	CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)	X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)	2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)	BB/BR /BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)	ACRN	+	+	+	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)	SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造 (见21-22页)	植入铁线 (附标准填充) 可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节 (附标准填充) 可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	HF		+	+	+	+
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择	RF	+	+	+		
	拉链	塑胶拉链	PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)	SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)	B1/B2 /B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)	GTS		+	+		
	按型填充 (见19页)	海绵	F		+		+	+
		硅胶	S		+		+	+
		海绵和硅胶 可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S		+		+	+

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com


一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


男，中小码/女，大中码


型号200系列和单指(48页) 厚度：1-1.8毫米 毫米







型号103(47页) 厚度：2-2.5毫米 毫米





型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页) 厚度：2-2.5毫米 毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：男，中小1码
女，大中1码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码 (编码: M-MS1 / F-LM1)				✓	✓	✓	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头 (见18页)	公制,外齿			EX-MT			✓		
		公制,内齿			IN-MT			O		
		英制,外齿			EX-IP			O		
		英制,内齿			IN-IP			O		
选项：表面及外观优化	颜色 (见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR /BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	+	+	+	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造 (见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节			HF		+	+	+	+
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	+	+	+		
	拉链	塑胶拉链			PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2 /B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS		+	+		
	按型填充 (见19页)	海绵			F		+		+	+
		硅胶			S		+		+	+
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)		F+S		+		+	+


香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购


怎样测量：参见137页

男，中小1码/女，大中1码


型号200系列和单指(48页)　厚度：1-1.8毫米　毫米



型号103(47页)　厚度：2-2.5毫米　毫米



型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页)　厚度：2-2.5毫米　毫米



- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：男，小码
女，中小码
男，童大码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码 (编码: M-S / F-MS / M-CL)				✓	✓	✓	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头 (见18页)	公制,外齿			EX-MT			✓		
		公制,内齿			IN-MT			O		
		英制,外齿			EX-IP			O		
		英制,内齿			IN-IP			O		
选项：表面及外观优化	颜色 (见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR /BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	+	+	+	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造 (见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节			HF		+	+	+	+
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	+	+	+		
	拉链	塑胶拉链			PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2 /B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS		+	+		
	按型填充 (见19页)	海绵			F		+		+	+
		硅胶			S		+		+	+
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)		F+S		+		+	+


香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


男，小码/女，中小码/男，童大码


型号200系列和单指(48页) 厚度：1-1.8毫米 毫米







型号103(47页) 厚度：2-2.5毫米 毫米





型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页) 厚度：2-2.5毫米 毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：女，大码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码			F-L	✓	✓	✓	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头(见18页)	公制,外齿			EX-MT			✓		
		公制,内齿			IN-MT			O		
		英制,外齿			EX-IP			O		
		英制,内齿			IN-IP			O		
选项：表面及外观优化	颜色(见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	+	+	+	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造(见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节			HF		+	+	+	+
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	+	+	+		
	拉链	塑胶拉链			PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS		+	+		
	按型填充(见19页)	海绵			F		+		+	+
		硅胶			S		+		+	+
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)		F+S		+		+	+


香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com
一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


女，大码


型号200系列和单指(48页)　厚度：1-1.8毫米　毫米







型号103(47页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com
一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：女，大2码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述	编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码	F-L2	✓	✓	✓	✓	✓
		左右	L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)		✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头(见18页)	公制,外齿	EX-MT			✓		
		公制,内齿	IN-MT			O		
		英制,外齿	EX-IP			O		
		英制,内齿	IN-IP			O		
选项：表面及外观优化	颜色(见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)	D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)	CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)	X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)	2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)	BB/BR/BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)	ACRN	+	+	+	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)	SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造(见21-22页)	植入铁线 (附标准填充) (可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页))	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节 (附标准填充) (可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页))	HF		+	+	+	+
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择	RF	+	+	+		
	拉链	塑胶拉链	PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)	SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)	B1/B2/B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)	GTS		+	+		
	按型填充(见19页)	海绵	F		+		+	+
		硅胶	S		+		+	+
		海绵和硅胶 (可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页))	F+S		+		+	+


香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com
一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


女，大2码


型号200系列和单指(48页)　厚度：1-1.8毫米　毫米







型号103(47页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com
一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：女，中码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码			F-M	✓	✓	✓	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头(见18页)	公制,外齿			EX-MT			✓		
		公制,内齿			IN-MT			O		
		英制,外齿			EX-IP			O		
		英制,内齿			IN-IP			O		
选项：表面及外观优化	颜色(见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	+	+	+	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造(见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节			HF		+	+	+	+
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	+	+	+		
	拉链	塑胶拉链			PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS		+	+		
	按型填充(见19页)	海绵			F		+		+	+
		硅胶			S		+		+	+
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)		F+S		+		+	+

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com


一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


女，中码


型号200系列和单指(48页)　厚度：1-1.8毫米　毫米







型号103(47页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：女，小码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码			F-S	✓	✓	✓	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头（见18页）	公制,外齿			EX-MT			✓		
		公制,内齿			IN-MT			O		
		英制,外齿			EX-IP			O		
		英制,内齿			IN-IP			O		
选项：表面及外观优化	颜色（见12页）	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	+	+	+	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造（见21-22页）	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节			HF		+	+	+	+
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	+	+	+		
	拉链	塑胶拉链			PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS		+	+		
	按型填充（见19页）	海绵			F		+		+	+
		硅胶			S		+		+	+
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)		F+S		+		+	+

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com


一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


女，小码


型号200系列和单指(48页)　厚度：1-1.8毫米　毫米







型号103(47页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：男，童大1码
女，中小2码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)


层次\型号		产品特性描述			编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码			(编码: M-CL1 / F-MS2)	✓	✓	✓	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头 (见18页)	公制,外齿			EX-MT			✓		
		公制,内齿			IN-MT			O		
		英制,外齿			EX-IP			O		
		英制,内齿			IN-IP			O		
选项：表面及外观优化	颜色 (见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR /BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	+	+	+	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造 (见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节			HF		+	+	+	+
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF	+	+	+		
	拉链	塑胶拉链			PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2 /B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS		+	+		
	按型填充 (见19页)	海绵			F		+		+	+
		硅胶			S		+		+	+
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)		F+S		+		+	+


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


男，童大1码/女，中小2码


型号200系列和单指(48页)　厚度：1-1.8毫米　毫米







型号103(47页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：女，小1码
男，童中码
女，童大码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码 (编码: F-S1 / M-CM / F-CL)				✓	✓	✓	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头 (见18页)	公制,外齿			EX-MT			✓		
		公制,内齿			IN-MT			O		
		英制,外齿			EX-IP			O		
		英制,内齿			IN-IP			O		
选项：表面及外观优化	颜色 (见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR /BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN					
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造 (见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节			HF					
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF					
	拉链	塑胶拉链			PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2 /B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS		+	+		
	按型填充 (见19页)	海绵			F		+		+	+
		硅胶			S		+		+	+
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)		F+S		+		+	+


香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


女，小1码/男，童中码/女，童大码


型号200系列和单指(48页) 厚度：1-1.8毫米 毫米







型号103(47页) 厚度：2-2.5毫米 毫米





型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页) 厚度：2-2.5毫米 毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：女，童中码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码			F-CM	✓	✓	✓	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头 (见18页)	公制,外齿			EX-MT			✓		
		公制,内齿			IN-MT			O		
		英制,外齿			EX-IP			O		
		英制,内齿			IN-IP			O		
选项：表面及外观优化	颜色 (见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR /BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	+	+	+	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造 (见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节			HF					
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF					
	拉链	塑胶拉链			PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2 /B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS		+	+		
	按型填充 (见19页)	海绵			F		+		+	+
		硅胶			S		+		+	+
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)		F+S		+		+	+


香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


女，童中码


型号200系列和单指(48页)　厚度：1-1.8毫米　毫米







型号103(47页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：男，童小码
女，童小码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述		编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码	(编码: M-CS / F-CS)		✓	✓	✓	✓	✓
		左右		L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)			✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头 (见18页)	公制,外齿		EX-MT			✓ 硅胶填充		
		公制,内齿		IN-MT			O 硅胶填充		
		英制,外齿		EX-IP			O 硅胶填充		
		英制,内齿		IN-IP			O 硅胶填充		
选项：表面及外观优化	颜色 (见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)		D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)		CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)		X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)		2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)		BB/BR /BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)		ACRN	+	+	+	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)		SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造 (见21-22页)	植入铁线	附标准填充 可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节		HF					
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择		RF					
	拉链	塑胶拉链		PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)		SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)		B1/B2 /B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)		GTS		+	+		
	按型填充 (见19页)	海绵		F		+		+	+
		硅胶		S		+		+	+
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S		+		+	+

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com


一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


男，童小码/女，童小码


型号200系列和单指(48页)　厚度：1-1.8毫米　毫米







型号103(47页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页)　厚度：2-2.5毫米　毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

产品：硅胶假肢手套
型号：101L,102L,102LS,
101LL,102LL,102LSL
103
200,单指

尺码：男，童加小码
女，童加小码



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述		编码	101L, 101LL	102L, 102LL	102LS, 102LSL	103	200 & 单指
标准配置		性别，尺码 (编码: M-CXS / F-CXS)			✓	✓	✓	✓	✓
		左右		L / R	✓	✓	✓	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)			✓	✓	✓	✓	✓
	腕接头 (见18页)	公制,外齿		EX-MT			✓ 硅胶填充		
		公制,内齿		IN-MT			O 硅胶填充		
		英制,外齿		EX-IP			O 硅胶填充		
		英制,内齿		IN-IP			O 硅胶填充		
选项：表面及外观优化	颜色 (见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)		D/P	+	+	+	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)		CC	+	+	+	+	+
	指甲/毛发	X系列(14页)		X	+	+	+	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)		2D / 3D	+	+	+	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)		BB/BR /BL	+	+	+	+	+
		亚加力指甲(见15页)		ACRN					
	穿衣便	穿衣便(见17页)		SC	+	+	+	+	+
选项：结构提升	手指构造 (见21-22页)	植入铁线	附标准填充	W		✓	✓	O	O
		植入被动指节	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	HF					
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择		RF					
	拉链	塑胶拉链		PZ	+	+	+	✓	
	半订做	半订做(见5页)		SCM	+	+	+	+	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)		B1/B2 /B3					+
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)		GTS		+	+		
	按型填充 (见19页)	海绵		F		+		+	+
		硅胶		S		+		+	+
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S		+		+	+


香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


男，童加小码/女，童加小码


型号200系列和单指(48页) 厚度：1-1.8毫米 毫米







型号103(47页) 厚度：2-2.5毫米 毫米





型号101L, 102LS, 102L,101LL, 102LSL, 102LL (46页) 厚度：2-2.5毫米 毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

适用于脚掌截肢

型号 HDSFHT-ER，HDSFHT



标准配置塑胶拉链



碳纤储能板

产品描述：

- 高像真度硅胶高筒脚套(HDSFHT)，是特别为了残肢较短的患者设计，比如说跗横关节或跗骨及踝关节切除，这些患者需要更稳定的步行感觉。
- 与型号HDSF相比，型号HDSFHT有更高的脚筒，更厚的硅胶层以及内藏强化纤维来提供更稳定的支撑。
- 碳纤板在提起脚跟的时候提供更加稳定的控制
- 型号HDSFHT-ER：脚套镶入碳纤板
- 型号HDSFHT:脚套没有脚镶入碳纤板
- 提升项目:请参阅我们的完整产品结构(见25页)

应用:



尺码表:

型号编码	HDSFHT-ER，HDSFHT											
脚长(厘米)	18	19	20	21	22	23	23.5	24	25	26	27	28
页码	126页	124页	122页	120页	118页	116页	114页	112页	110页	108页	106页	104页

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com
一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

香港皇室硅胶义肢

脚套
小腿套/手臂筒
常见问题
回答和保养
被动装饰手套
半掌截肢手套/手指套
肌电手和
机械手手套
提升项目

适用于脚掌截肢

型号 HDSF-ER，HDSF



标准配置塑胶拉链




碳纤储能板

产品描述：

- 高像真度硅胶脚套，细致的纹路，血管及指节
- 为脚掌截肢设计
- 碳纤板在提起脚跟的时候提供更加稳定的控制
- 型号HDSF-ER:脚套镶入碳纤板
- 型号HDSF:脚套没有镶入碳纤板
- 提升项目:请参阅我们的完整产品结构(见25页)

应用:



尺码表:

型号编码	HDSF-ER，HDSF											
脚长(厘米)	18	19	20	21	22	23	23.5	24	25	26	27	28
页码	126页	124页	122页	120页	118页	116页	114页	112页	110页	108页	106页	104页

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com
一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

适用于脚趾截肢

型号TOE系列



硅胶TOE系列

产品描述：

- 高像真度硅胶脚趾
- 为脚趾截肢设计
- 提升项目：只可选择半订做及硅胶非标填充,请参阅我们的完整产品结构(见25页)

脚趾截肢的数量	建议型号	脚带 (标准脚带是戴在跖骨/前半掌上)
单趾	TOE1S	不带脚带
单趾	TOE1C, TOE2C, TOE3C, TOE4C, TOE5C	带脚带
双趾	TOE12C, TOE13C, TOE14C, TOE15C, TOE23C, TOE24C, TOE25C, TOE34C, TOE35C, TOE45C	带脚带
三趾	TOE123C, TOE124C, TOE125C, TOE134C, TOE135C, TOE145C, TOE234C, TOE235C, TOE245C, TOE345C	带脚带
四趾或五趾	HDSFHT, HDSF	-

怎样订购:
参见137页

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com
一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴



大拇指不带脚带



大拇指带脚带



二趾带脚带




二三连趾带脚带



三四连趾带脚带
客户可以要求将脚带裁剪为想要的形状及长度

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com
一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

皇室硅胶假肢脚套-尺寸测量表



适用于型号HDSFHT-ER,HDSFHT(脚半掌截肢)

型号 HDSFHT-ER 厚度：背：3.5毫米 心：9.5毫米
型号 HDSFHT 厚度：背：3.5毫米 心：3.5毫米


皇室脚套		(毫米)							2015年目录页码
		A	B	C	D	E	F	G	
28	左	280	240	263	357	239	168	115	104页
28	右	280	250	265	360	241	168	115	104页
27	左	270	240	248	350	233	165	128	106页
27	右	270	240	247	350	235	165	128	106页
26	左	260	238	243	325	223	165	112	108页
26	右	260	240	245	340	227	165	112	108页
25	左	250	240	238	335	225	165	115	110页
25	右	250	238	240	330	225	165	115	110页
24	左	240	241	235	323	208	165	110	112页
24	右	240	243	235	320	212	165	110	112页
23.5	左	235	221	235	318	215	165	101	114页
23.5	右	235	223	235	318	218	165	101	114页
23	左	230	214	217	299	203	165	100	116页
23	右	230	212	215	297	203	165	100	116页
22	左	220	215	223	288	192	150	90	118页
22	右	220	217	225	288	190	150	90	118页
21	左	210	210	218	282	200	150	90	120页
21	右	210	210	215	280	200	150	90	120页
20	左	200	191	205	268	193	150	85	122页
20	右	200	191	200	268	196	150	85	122页
19	左	190	188	203	260	190	135	85	124页
19	右	190	190	200	257	184	135	85	124页
18	左	180	175	180	242	185	135	80	126页
18	右	180	178	180	237	187	135	80	126页

以上资料只供参考.如果你不确定要选择哪个尺寸,请联系我们的技术员。

香港皇室义肢

提升项目
肌电手和机械手套
被动装饰手套 半掌截肢手套/手指套
脚套
小腿套/手臂筒
常见问题 回答和保养

皇室硅胶假肢脚套-尺寸测量表



适用于型号HDSF-ER,HDSF(脚半掌截肢)

型号 HDSF-ER 厚度：背：2.8毫米 心：9.5毫米
型号 HDSF 厚度：背：2.8毫米 心：3.5毫米

皇室脚套		(毫米)							2015年目录页码
		A	B	C	D	E	F	G	
28	左	280	248	257	360	238	125	126	104页
28	右	280	246	255	365	243	125	132	104页
27	左	270	240	248	350	228	125	123	106页
27	右	270	240	247	350	225	125	125	106页
26	左	260	235	243	330	215	125	115	108页
26	右	260	240	245	340	224	125	123	108页
25	左	250	240	238	338	225	115	115	110页
25	右	250	238	240	335	225	115	115	110页
24	左	240	240	235	320	214	115	113	112页
24	右	240	242	233	320	215	115	113	112页
23.5	左	235	220	227	315	213	115	115	114页
23.5	右	235	220	232	318	215	115	110	114页
23	左	230	217	215	300	205	100	103	116页
23	右	230	208	216	302	205	100	103	116页
22	左	220	212	222	285	195	100	93	118页
22	右	220	212	222	288	195	100	93	118页
21	左	210	210	215	285	198	95	95	120页
21	右	210	205	206	280	198	95	95	120页
20	左	200	188	207	270	203	83	85	122页
20	右	200	188	205	268	200	83	85	122页
19	左	190	188	200	259	188	85	80	124页
19	右	190	188	195	259	180	85	80	124页
18	左	180	178	180	238	180	83	75	126页
18	右	180	180	184	238	180	83	75	126页

以上资料只供参考.如果你不确定要选择哪个尺寸,请联系我们的技术员。

产品：硅胶假肢脚套

型号：HDSFHT-ER,HDSF-ER(附碳纤板)
HDSFHT,HDSF

尺寸：28厘米





标准配置塑胶拉链

碳纤储能板

✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	HDSFHT-ER, HDSF-ER	HDSFHT, HDSF
标准配置		尺寸			28	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓
		碳纤板				✓	
选项：表面及外观优化	颜色(见12页)	双色 背/手 (使用皇室的色板)			D/P	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+
	指甲毛发	X系列(14页)			X	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+
选项：结构提升	手指构造(见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		
		植入被动指节			HF		
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF		
	拉链	塑胶拉链			PZ	✓	✓
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+
		手指的弯曲度(必须先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3		
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(23页)(需要假肢接受腔)			GTS		
	按型填充(见19页)	海绵			F	+	+
		硅胶			S	+	+
		海绵和硅胶		可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S	+	+


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购


怎样测量：参见137页

28厘米

型号 HDSFHT-ER(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：9.5毫米
型号 HDSFHT(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：3.5毫米


毫米






型号 HDSF-ER(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：9.5毫米
型号 HDSF(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：3.5毫米

毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

产品：硅胶假肢脚套

型号：HDSFHT-ER,HDSF-ER(附碳纤板)
HDSFHT,HDSF

尺寸：27厘米



碳纤储能板



标准配置塑胶拉链

✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	HDSFHT-ER, HDSF-ER	HDSFHT, HDSF
标准配置		尺寸			27	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓
		碳纤板				✓	
选项：表面及外观优化	颜色(见12页)	双色 背/手 (使用皇室的色板)			D/P	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+
	指甲毛发	X系列(14页)			X	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+
选项：结构提升	手指构造(见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		
		植入被动指节			HF		
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF		
	拉链	塑胶拉链			PZ	✓	✓
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+
		手指的弯曲度(必须先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3		
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(23页)(需要假肢接受腔)			GTS		
	按型填充(见19页)	海绵			F	+	+
		硅胶			S	+	+
		海绵和硅胶		可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S	+	+


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购


怎样测量：参见137页

27厘米

型号 HDSFHT-ER(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：9.5毫米
型号 HDSFHT(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：3.5毫米


毫米






型号 HDSF-ER(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：9.5毫米
型号 HDSF(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：3.5毫米

毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

产品：硅胶假肢脚套

型号：HDSFHT-ER,HDSF-ER(附碳纤板)
HDSFHT,HDSF

尺寸：26厘米



碳纤储能板



标准配置塑胶拉链

✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	HDSFHT-ER, HDSF-ER	HDSFHT, HDSF
标准配置		尺寸			26	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓
		碳纤板				✓	
选项：表面及外观优化	颜色 (见12页)	双色 背/手 (使用皇室的色板)			D/P	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+
	指甲 毛发	X系列(14页)			X	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR /BL	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+
选项：结构提升	手指构造 (见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		
		植入被动指节			HF		
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF		
	拉链	塑胶拉链			PZ	✓	✓
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+
		手指的弯曲度(必须先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2 /B3		
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(23页)(需要假肢接受腔)			GTS		
	按型填充 (见19页)	海绵			F	+	+
		硅胶			S	+	+
		海绵和硅胶		可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S	+	+


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购


怎样测量：参见137页

26厘米

型号 HDSFHT-ER(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：9.5毫米
型号 HDSFHT(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：3.5毫米


毫米






型号 HDSF-ER(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：9.5毫米
型号 HDSF(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：3.5毫米

毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

产品：硅胶假肢脚套

型号：HDSFHT-ER,HDSF-ER(附碳纤板)
HDSFHT,HDSF

尺寸：25厘米



碳纤储能板



标准配置塑胶拉链

✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)


层次\型号		产品特性描述			编码	HDSFHT-ER, HDSF-ER	HDSFHT, HDSF
标准配置		尺寸			25	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓
		碳纤板				✓	
选项：表面及外观优化	颜色(见12页)	双色 背/手 (使用皇室的色板)			D/P	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+
	指甲毛发	X系列(14页)			X	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+
选项：结构提升	手指构造(见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		
		植入被动指节			HF		
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF		
	拉链	塑胶拉链			PZ	✓	✓
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+
		手指的弯曲度(必须先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3		
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(23页)(需要假肢接受腔)			GTS		
	按型填充(见19页)	海绵			F	+	+
		硅胶			S	+	+
		海绵和硅胶		可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S	+	+


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


25厘米


型号 HDSFHT-ER(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：9.5毫米
型号 HDSFHT(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：3.5毫米
毫米





型号 HDSF-ER(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：9.5毫米
型号 HDSF(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：3.5毫米
毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

产品：硅胶假肢脚套

型号：HDSFHT-ER,HDSF-ER(附碳纤板)
HDSFHT,HDSF

尺寸：24厘米



碳纤储能板



标准配置塑胶拉链

✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	HDSFHT-ER, HDSF-ER	HDSFHT, HDSF
标准配置		尺寸			24	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓
		碳纤板				✓	
选项：表面及外观优化	颜色(见12页)	双色 背/手 (使用皇室的色板)			D/P	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+
	指甲毛发	X系列(14页)			X	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+
选项：结构提升	手指构造(见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		
		植入被动指节			HF		
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF		
	拉链	塑胶拉链			PZ	✓	✓
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+
		手指的弯曲度(必须先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3		
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(23页)(需要假肢接受腔)			GTS		
	按型填充(见19页)	海绵			F	+	+
		硅胶			S	+	+
		海绵和硅胶		可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S	+	+


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购


怎样测量：参见137页

24厘米

型号 HDSFHT-ER(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：9.5毫米
型号 HDSFHT(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：3.5毫米


毫米






型号 HDSF-ER(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：9.5毫米
型号 HDSF(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：3.5毫米

毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

产品：硅胶假肢脚套

型号：HDSFHT-ER,HDSF-ER(附碳纤板)
HDSFHT,HDSF

尺寸：23.5厘米



碳纤储能板



标准配置塑胶拉链

✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	HDSFHT-ER, HDSF-ER	HDSFHT, HDSF
标准配置		尺寸			23.5	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓
		碳纤板				✓	
选项：表面及外观优化	颜色(见12页)	双色 背/手 (使用皇室的色板)			D/P	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+
	指甲毛发	X系列(14页)			X	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+
选项：结构提升	手指构造(见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		
		植入被动指节			HF		
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF		
	拉链	塑胶拉链			PZ	✓	✓
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+
		手指的弯曲度(必须先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3		
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(23页)(需要假肢接受腔)			GTS		
	按型填充(见19页)	海绵			F	+	+
		硅胶			S	+	+
		海绵和硅胶		可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S	+	+


香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


23.5厘米


型号 HDSFHT-ER(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：9.5毫米
型号 HDSFHT(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：3.5毫米
毫米





型号 HDSF-ER(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：9.5毫米
型号 HDSF(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：3.5毫米
毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

产品：硅胶假肢脚套

型号：HDSFHT-ER,HDSF-ER(附碳纤板)
HDSFHT,HDSF

尺寸：23厘米





标准配置塑胶拉链

碳纤储能板

✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)


层次\型号		产品特性描述			编码	HDSFHT-ER, HDSF-ER	HDSFHT, HDSF
标准配置		尺寸			23	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓
		碳纤板				✓	
选项：表面及外观优化	颜色(见12页)	双色 背/手 (使用皇室的色板)			D/P	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+
	指甲毛发	X系列(14页)			X	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+
选项：结构提升	手指构造(见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		
		植入被动指节			HF		
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF		
	拉链	塑胶拉链			PZ	✓	✓
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+
		手指的弯曲度(必须先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3		
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(23页)(需要假肢接受腔)			GTS		
	按型填充(见19页)	海绵			F	+	+
		硅胶			S	+	+
		海绵和硅胶		可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S	+	+


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


23厘米


型号 HDSFHT-ER(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：9.5毫米
型号 HDSFHT(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：3.5毫米
毫米





型号 HDSF-ER(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：9.5毫米
型号 HDSF(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：3.5毫米
毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

产品：硅胶假肢脚套

型号：HDSFHT-ER,HDSF-ER(附碳纤板)
HDSFHT,HDSF

尺寸：22厘米



碳纤储能板



标准配置塑胶拉链

✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	HDSFHT-ER, HDSF-ER	HDSFHT, HDSF
标准配置		尺寸			22	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓
		碳纤板				✓	
选项：表面及外观优化	颜色(见12页)	双色 背/手 (使用皇室的色板)			D/P	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+
	指甲毛发	X系列(14页)			X	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+
选项：结构提升	手指构造(见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		
		植入被动指节			HF		
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF		
	拉链	塑胶拉链			PZ	✓	✓
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+
		手指的弯曲度(必须先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3		
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(23页)(需要假肢接受腔)			GTS		
	按型填充(见19页)	海绵			F	+	+
		硅胶			S	+	+
		海绵和硅胶		可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S	+	+


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购


怎样测量：参见137页

22厘米

型号 HDSFHT-ER(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：9.5毫米
型号 HDSFHT(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：3.5毫米


毫米






型号 HDSF-ER(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：9.5毫米
型号 HDSF(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：3.5毫米

毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

产品：硅胶假肢脚套

型号：HDSFHT-ER,HDSF-ER(附碳纤板)
HDSFHT,HDSF

尺寸：21厘米



碳纤储能板



标准配置塑胶拉链

✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)


层次\型号		产品特性描述			编码	HDSFHT-ER, HDSF-ER	HDSFHT, HDSF
标准配置		尺寸			21	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓
		碳纤板				✓	
选项：表面及外观优化	颜色(见12页)	双色 背/手 (使用皇室的色板)			D/P	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+
	指甲毛发	X系列(14页)			X	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+
选项：结构提升	手指构造(见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		
		植入被动指节			HF		
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF		
	拉链	塑胶拉链			PZ	✓	✓
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+
		手指的弯曲度(必须先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3		
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(23页)(需要假肢接受腔)			GTS		
	按型填充(见19页)	海绵			F	+	+
		硅胶			S	+	+
		海绵和硅胶		可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S	+	+


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


21厘米


型号 HDSFHT-ER(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：9.5毫米
型号 HDSFHT(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：3.5毫米
毫米





型号 HDSF-ER(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：9.5毫米
型号 HDSF(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：3.5毫米
毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

产品：硅胶假肢脚套

型号：HDSFHT-ER,HDSF-ER(附碳纤板)
HDSFHT,HDSF

尺寸：20厘米



碳纤储能板



标准配置塑胶拉链

✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)


层次\型号		产品特性描述			编码	HDSFHT-ER, HDSF-ER	HDSFHT, HDSF
标准配置		尺寸			20	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓
		碳纤板				✓	
选项：表面及外观优化	颜色(见12页)	双色 背/手 (使用皇室的色板)			D/P	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+
	指甲毛发	X系列(14页)			X	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+
选项：结构提升	手指构造(见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		
		植入被动指节			HF		
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF		
	拉链	塑胶拉链			PZ	✓	✓
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+
		手指的弯曲度(必须先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3		
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(23页)(需要假肢接受腔)			GTS		
	按型填充(见19页)	海绵			F	+	+
		硅胶			S	+	+
		海绵和硅胶		可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S	+	+


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


20厘米


型号 HDSFHT-ER(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：9.5毫米
型号 HDSFHT(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：3.5毫米
毫米





型号 HDSF-ER(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：9.5毫米
型号 HDSF(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：3.5毫米
毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

产品：硅胶假肢脚套

型号：HDSFHT-ER,HDSF-ER(附碳纤板)
HDSFHT,HDSF

尺寸：19厘米



碳纤储能板



标准配置塑胶拉链

✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)


层次\型号		产品特性描述			编码	HDSFHT-ER, HDSF-ER	HDSFHT, HDSF
标准配置		尺寸			19	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓
		碳纤板				✓	
选项：表面及外观优化	颜色(见12页)	双色 背/手 (使用皇室的色板)			D/P	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+
	指甲毛发	X系列(14页)			X	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+
选项：结构提升	手指构造(见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		
		植入被动指节			HF		
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF		
	拉链	塑胶拉链			PZ	✓	✓
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+
		手指的弯曲度(必须先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3		
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(23页)(需要假肢接受腔)			GTS		
	按型填充(见19页)	海绵			F	+	+
		硅胶			S	+	+
		海绵和硅胶		可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S	+	+


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


19厘米


型号 HDSFHT-ER(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：9.5毫米
型号 HDSFHT(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：3.5毫米
毫米





型号 HDSF-ER(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：9.5毫米
型号 HDSF(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：3.5毫米
毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

产品：硅胶假肢脚套

型号：HDSFHT-ER,HDSF-ER(附碳纤板)
HDSFHT,HDSF

尺寸：18厘米



碳纤储能板



标准配置塑胶拉链

✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	HDSFHT-ER, HDSF-ER	HDSFHT, HDSF
标准配置		尺寸			18	✓	✓
		左右			L / R	✓	✓
		颜色(使用皇室的色板)				✓	✓
		碳纤板				✓	
选项：表面及外观优化	颜色(见12页)	双色 背/手 (使用皇室的色板)			D/P	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+
	指甲毛发	X系列(14页)			X	+	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL	+	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	+	+
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+
选项：结构提升	手指构造(见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		
		植入被动指节			HF		
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF		
	拉链	塑胶拉链			PZ	✓	✓
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+
		手指的弯曲度(必须先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3		
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(23页)(需要假肢接受腔)			GTS		
	按型填充(见19页)	海绵			F	+	+
		硅胶			S	+	+
		海绵和硅胶		可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S	+	+


香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com
一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴


怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


18厘米


型号 HDSFHT-ER(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：9.5毫米
型号 HDSFHT(98页) 厚度：背：3.5毫米 心：3.5毫米
毫米





型号 HDSF-ER(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：9.5毫米
型号 HDSF(99页) 厚度：背：2.8毫米 心：3.5毫米
毫米





- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com
一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

产品：硅胶假肢手臂筒

型号：SL-50,SL-29

尺寸：450毫米，255毫米

产品描述：

- 硅胶假肢手臂筒覆盖了手腕到鹰嘴以上的位置
- 提升项目：请参阅下面我们的产品结构表



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)


层次\型号		产品特性描述			编码	SL-50	SL-29
标准配置		尺码/长度				450毫米	255毫米
		左右			L / R		
		(使用皇室的色板)				✓	✓
	腕接头(见18页)	公制,外齿			EX-MT		
		公制,内齿			IN-MT		
		英制,外齿			EX-IP		
		英制,内齿			IN-IP		
选项：表面及外观优化	颜色(见12页)	双色 背/手 (使用皇室的色板)			D/P	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+
	指甲毛发	X-系列(见14页)			X		
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D		
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL		
		亚加力指甲(见15页)			ACRN		
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+
选项：结构提升	手指构造(见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		
		植入被动指节			HF		
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF		
	拉链	塑胶拉链			PZ	+	+
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+
		手指的弯曲度(必须先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3		
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页)(需要假肢接受腔)			GTS	+	+
	按型填充(见19页)	海绵			F	+	+
		硅胶			S		
		海绵和硅胶		可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)	F+S		

怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


SL-50

型号 SL-50　　厚度：2-2.5毫米　　(毫米)



SL-29

型号 SL-29　　厚度：2-2.5毫米　　(毫米)



- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

产品：硅胶假肢小腿套

型号：BKSL

尺码：大码，中码

产品描述：

- 硅胶假肢小腿套覆盖脚腕到膝盖以上的位置
- 提升项目：请参阅下面我们的产品结构表



✓= 标准配置
O= 提升项目(不需额外收费)
+ = 提升项目(需额外收费)

产品结构(表列每个型号和尺码可以选择的提升项目)

层次\型号		产品特性描述			编码	BKSL-L	BKSL-M
标准配置		尺码/长度			L / M	大码	中码
		左右			L / R	✓	✓
		(使用皇室的色板)				✓	✓
	腕接头(见18页)	公制,外齿			EX-MT		
		公制,内齿			IN-MT		
		英制,外齿			EX-IP		
		英制,内齿			IN-IP		
选项：表面及外观优化	颜色(见12页)	双色 背/手 (使用皇室的色板)			D/P	+	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+	+
	指甲毛发	X-系列(见14页)			X		
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D		
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR/BL		
		亚加力指甲(见15页)			ACRN		
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+	+
选项：结构提升	手指构造(见21-22页)	植入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W		
		植入被动指节			HF		
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指围更粗 不可以与半订做同时选择			RF		
	拉链	塑胶拉链			PZ	+	+
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+	+
		手指的弯曲度(必须先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2/B3		
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页)(需要假肢接受腔)			GTS	+	+
	按型填充(见19页)	海绵			F	+	+
		硅胶			S		
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)		F+S		


香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

怎样订购: 见136页
请使用上一页的产品编码订购

怎样测量：参见137页


大码

型号 BKSL-L　　厚度：2.5-3毫米　　(毫米)



中码

型号 BKSL-M　　厚度：2.5-3毫米　　(毫米)



- 以上资料只供参考
- 请查询更加详细的资料

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

产品：硅胶五官假肢

请联系我们订购









产品：药用胶水

请联系我们订购

4-02-MAD
药用胶水

专门黏贴硅胶假肢和残端的药品等级胶水

产品编码
4-02-MAD



产品：腕接头(用于假肢接受腔分层)

请联系我们订购

4-02-WC
用于假肢接受腔分层的腕接头

- 零件包括:
  腕接头(可选公制或英制)
  调整松紧度的铝圈
  螺栓(可选公制或英制)



4-02-WC-MT



4-02-WC-IM

产品编码	形状	螺纹	螺柱	尺寸
4-02-WC-MT-L	椭圆形	公制	外齿/内齿	大码（550x395x160毫米）
4-02-WC-IM-L	椭圆形	英制	外齿/内齿	大码（550x395x160毫米）
4-02-WC-MT-M	椭圆形	公制	外齿/内齿	中码（490x380x160毫米）
4-02-WC-IM-M	椭圆形	英制	外齿/内齿	中码（490x380x160毫米）
4-02-WC-MT-S	椭圆形	公制	外齿/内齿	小码（380x280x160毫米）
4-02-WC-IM-S	椭圆形	英制	外齿/内齿	小码（380x280x160毫米）

欧洲高弹性硅胶取模胶 4-02-CM




4-02-CM

4-02-CM
欧洲高弹性硅胶取模胶
(香港皇室义肢半订做取形产品专用-欧洲进口)

- 高弹性
- 适用于各种类型的残肢
- 每罐1公斤
- 硅胶取模胶和硬化剂使用比例为100g:4g
- 需与皇室义肢欧洲高弹性硅胶取模胶一同使用（4-02-CMH）

产品编码
4-02-CM

欧洲高弹性硅胶取模胶-硬化剂 4-02-CMH



4-02-CMH

4-02-CMH
欧洲高弹性硅胶取模胶-硬化剂

- 高弹性
- 适用于各种类型的残肢
- 需与皇室义肢欧洲高弹性硅胶取模胶一同使用(4-02-CM)
- 每罐100克
- 硅胶取模胶和硬化剂使用比例为100g:4g

产品编码
4-02-CMH

皇室义肢硅胶用胶水 4-02-SG



4-02-SG-85



4-02-SG-14.2

4-02-SG
皇室义肢硅胶用胶水

- 一种用来连接RTV硅胶到硅胶和其他材质上的胶水
- 可用于粘贴亚加力指甲

产品编码	重量
4-02-SG-14.2	14.2克
4-02-SG-85	85克

弹性PU海绵 4-02-PUFA



4-02-PUFA

4-02-PUFA
弹性PU海绵

- 混合比例:2PUFA:1PUFB
- 每罐1公斤

产品编码
4-02-PUFA

弹性PU海绵硬化剂 4-02-PUFB



4-02-PUFB

4-02-PUFB
弹性PU海绵硬化剂

- 硬化剂
- 每罐1公斤

产品编码
4-02-PUFB

手腕连接件 4-02-WH

4-02-WH
固定摩擦力手腕连接件

- 内齿：M12x1.5



4-02-WH

产品编码	外围直径(Ø)
4-02-WH-40	40毫米
4-02-WH-45	45毫米
4-02-WH-50	50毫米

订购方式

标准硅胶假肢

基本规格

型号	-	性别	-	左右	-	尺码	-	颜色

选项-表面及外观优化

双色/客户自定颜色 (12页)	-	X-系列 (14页)	-	亚加力指甲 (15页)	-	穿衣便 (17页)

选项-结构提升

腕接头 (18页)	-	按型填充 (19页)	-	手指结构 (21页)	-	拉链 (23页)	-	黏贴接受腔 (23页)

例子：

102LSL-M-L-M	-	D3P2-X-ACRN	-	MT-EX-HF
基本规格		选项：表面及外观优化		选项 结构提升

产品结构图的例子

层次\型号		产品特性描述			编码	100L, 100
标准配置		性别，尺码			M-XL	✓
		左右			L / R	✓
		颜色(使用皇室的色板)			-	✓
	腕接头 (见18页)	公制,外齿			EX-MT	
		公制,内齿			IN-MT	
		英制,外齿			EX-IP	
		英制,内齿			IN-IP	
选项：表面及外观优化	颜色 (见12页)	双色 背/心(使用皇室的色板)			D/P	+
		客户自定颜色(需要颜色样品)			CC	+
	指甲/毛发	X系列(14页)			X	+
		毛发层次(必须先选择X系列)			2D / 3D	+
		毛发颜色(必须先选择X系列) BB(棕色-黑色),BR(棕色),BL(黑色)			BB/BR /BL	+
		亚加力指甲(见15页)			ACRN	
	穿衣便	穿衣便(见17页)			SC	+
选项：结构提升	手指构造 (见21-22页)	插入铁线	附标准填充	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见21页)	W	✓
		插入被动指节			HF	
		强化手指(只适用于特定尺码) 强化过的手指指面更用 不可以与半订做同时选择			RF	✓
	拉链	塑胶拉链			PZ	
	半订做	半订做(见5页)			SCM	+
		手指的弯曲度(必需先选择半订做) B1(笔直),B2(标准),B3(特弯)			B1/B2 /B3	
	黏贴接受腔	黏贴接受腔(见23页) (需要假肢接受腔)			GTS	
	按型填充 (见19页)	海绵			F	
		硅胶			S	
		海绵和硅胶	可使用与否取决于硅胶假肢的大小和残肢的长度(见19页)		F+S	

以上的产品编码可以在每个尺码的产品结构图找到。

半定做（SCM)硅胶假肢

订购表格：

S1： 半掌截肢用（型号103）
S2： 手腕或手腕以上截肢和手臂筒用
（型号101L,102L,102LS,101LL,102LL,102LSL,SL-29,SL-50)
S3： 手指截肢用（型号200系列）
S4： 脚半掌截肢用（型号：HDSFHT,HDSFHT-ER,HDSF HDSF-ER)
S5： 脚趾截肢用（型号TOE系列）
S6： 小腿套（型号BKSL)
TMOD: 试样产品修改表格(假肢试样后使用)

所有表格都可以在我们的网址 www.regalprosthesis.com下载

怎样订购

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com
一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴









自然站姿













怎样量度：

长度和宽度：
手指
手心
手腕
圆周
手指
手心及手腕

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com
一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

常见问题以及答案

- 使用与护理

问：我可以使用油性润滑剂，比如婴儿油或是凡士林吗？
答：千万不要使用任何油性润滑剂，因为它们会被硅胶假肢所吸收，导致假肢损坏及变色。

问：有时，要摘掉我的硅胶手指十分的困难，因为移动的时候它好像吸盘一样吸住残端，请问怎样可以简单地拆下我的硅胶手指？
答：这说明你的硅胶手指套悬吊效果十分良好。你可以捏住硅胶手指背面近关节部位的边缘，以产生一条通道让空气进入，以消除或是减小吸力，进而让硅胶手指滑落。有时，需要通过不断重复这一动作来脱掉假肢。（这个方法也适用于其它类型的假肢。）千万不要从指尖拔你的硅胶手指，因为这样只会增加吸力，而且有可能损坏你的假肢手指。

问：我可以整晚戴着我的硅胶假肢吗？
答：这就像是戴面具一样，你的皮肤需要呼吸新鲜的空气以及进行血液循环，因此，每个晚上你都需要脱下硅胶假肢，让你的皮肤休息一下。

问：我该怎样清洗我的硅胶假肢呢？
答：香港皇室义肢公司的硅胶假肢用肥皂水较容易清洗。重点是要及时去除所有的油渍，否则，这些油渍会被假肢吸收，吸收之后就无法清洗掉了。
千万不要为了清洗掉油渍，就用有机溶剂(即酒精，天那水/香蕉水)浸泡硅胶假肢，因为有机溶剂可能会使得硅胶层的小孔张开，进而让油渍更深地渗进假肢之中。

问：我的硅胶假肢能不能直接放置在日光之下？
答：不要把硅胶假肢直接放置在日光之下，因为紫外线和高温可能会破坏硅胶里面的部分颜色，此外，硅胶通常会保留其所吸收的热量。因此，如果患者戴上刚被日光暴晒过的硅胶假肢可能会被灼伤。

问：硅胶假肢耐用吗？
答：硅胶是一种非常耐用的材料，但还是需要特别的护理。如果裂开，它也能继续使用，但是可能没法进行修复。如果你发现它开始有一点点裂纹，请立即向你的注册矫形师进行咨询。如果你能好好护理你的硅胶假肢，那它还能更耐用些。（假肢的寿命因使用方法，频率，保养有所不同。）

提升项目
肌电手和机械手手套
披动装饰手套 半掌截肢手套/手指套
脚套
小腿套/手臂筒
常见问题回答和保养

问：我的假肢手套表面稍微有点粘，很难套进衣服，请问怎样才能减轻这一困扰呢？
答：你可以试试我们的穿衣便，穿衣便能够减弱硅胶手套表面的摩擦，这样穿衣时，衣服就能很容易地滑过硅胶手套。想要了解更多信息的话，请联系你的注册矫形师。
或者，在硅胶手套进入衣服之前，你也可以在硅胶手套上套上一个可戴脱的袋子或是一层丝绸布。

问：我能够使用我的假肢手套来做俯卧撑或是控制方向盘吗？
答：香港皇室义肢的硅胶装饰性假肢,在设计的时候只考虑到其装饰美观的作用，因此最好不要用作其他的用途。

- 颜色

问：有什么颜色可以选择？
答：可选择的颜色有三十六种，包括白色肤色，黄色肤色，棕色肤色及黑色肤色，详情请参见香港皇室义肢的颜色样板。当患者在颜色范围内无法找到合适的颜色时，他们可以采用自定的颜色。这需要提供我们一个颜色样板。更多关于“选择颜色”方面的信息,请向我们查询。

问：当我选择双色选项的时候，为什么我的假肢手套的手掌颜色不能与我选定的香港皇室义肢颜色样板上的颜色相配呢？
答：在我们的双色选项中，手心的颜色会被手背的颜色影响，手背颜色与手心颜色相差越大，手心颜色越受影响。所以,在香港皇室义肢的颜色样板中是无法找到匹配的颜色。

- 厚度

问：整只手套的厚度是多少？
答：不同型号的手套有着不同的厚度，本目录列举了各种手套产品的厚度。例如：硅胶机电手指尖部分用纤维强化，以增强耐用性。因此，手套的指尖部分比手掌部分略厚。

- 修薄

问：你们推荐用什么方法来修薄手套或手指套的近端开口？
答：我们可以把手指边缘磨薄一些，使外表更加美观；注意：自行修磨导致的损坏或耐用度减低不列入保修范围之内。更多关于假肢“装饰和修护”方面的问题,请向我们查询。

- 尺寸及合适度

问：我们可以怎样选择手型（尺码）
答：你可以按以下步骤选择手型：

1. 取得患者健肢的手心围长。
2. 从皇室的尺码表中抽出数个围长接近的尺码。
3. 在抽出的尺码中，选出指甲，手纹最接近的手型（尺码）。
4. 检查尺寸，如果选择的手型尺寸不能配对患者的尺寸，请选择另外一个手心围长接近，外形相似的手型。

如果患者喜欢某个手型，但尺寸不能配对，患者可以选择半订做，以选择的手型来生产一个尺寸合适的手套。
（注意：如果测量数据与手套原来尺寸相差太大，超出了半订做假肢制作的能力范围，患者就必须选择另一个外形相似的手型，以半订做形式进行制作。）请向我们查询更多关于“半订做假肢取型”方面的问题。

问：我的一个患者有两根手指截肢，每根手指只留下10毫米的长度，那么，我应该选择独立手指套或者是半掌截肢用手套呢？
答：型号103手套是最好的选择。关键是假肢的悬吊，截肢后剩下的肢体越短，患者就越是需要使用手套，以确保假肢不会脱落。
如果患者不希望使用一整个手套，也可以选择连指指套（虽然不建议）。

问：那些尺寸需要测量？应该怎样进行测量？
答：订购表格要求的资料和尺寸都是我们所需要的。请记住，你提供的信息越完整，我们就能越早开始着手制造事宜。我们提供了范例，如何正确测量数据。请向我们查询更多关于“如何进行测量”方面的问题。

问：假肢试样的目的是什么？
答：假肢试样是用来检查假肢的合适度以及其基底颜色。其中，检查假肢的合适度包括对假肢尺寸、悬挂装置以及内部填充物的合适度进行检查。而检查假肢的基底颜色，就是核对一下基底颜色是否与患者的肤色相配。
(注意：试样产品包括指甲在内都是使用单一的颜色。)

问：等待制作试样产品的时间较长，请问可以缩短时间吗？
答：每一个半订做假肢的订单，我们都需要制作一副新模具，以确定模具尺寸与患者的残肢相配。在保持质量的大前提下，提升速度是困难的。因此，我们正致力于减少周转时间，感谢您的理解。
在制作生产半订做假肢用的模具时，我们必须有足够关于患者残肢情况的信息。如果完整地填写我们的订购表格，并且附有图片，将有助于缩短半订做假肢制作的时间。
我们会在一切制作细节确认后开始制作试样产品，因此，尽早确认制作的详细资料也有助缩短货

问：如果我发现试样产品不是很适合患者的残肢，我应该怎么做呢？
答：将需要调整的地方标记在试样产品上，然后填写好假肢试样修改表格中相关的信息，并将表格及试样产品寄回给我们制造正式产品。更多关于“假肢试样调整”方面的问题，请向我们查询。

- 选项：在半订做假手上去掉部分手指

问：残肢上残留手指或脚趾的患者可以怎样选择？
答：对于残肢上残留手指或脚趾的患者来说，你可以要求去掉假肢上相应的手指/脚趾，开口位会修剪至适合残留手指/脚趾的根部。以手套为例，去掉某一根指套,以避免影响血液循环。

问：哪种手套型号适用于奥托博克肌电手？
答：我司所有肌电/机械手套都适用于奥托博克肌电手。

- 选项：亚加力指甲

问：我可以在我的亚加力指甲上涂指甲油吗？
答：可以，当你想要去除指甲油的时候，记得使用不含丙酮的卸甲油。

问：亚加力指甲在不在保修范围内呢？
答：不在保修范围，我们的保修范围并不包括亚加力指甲的日常磨损。

问：我自己可不可以对假肢手套上的亚加力指甲进行更换？
答：不可以，如果有这种需要，请咨询你的假肢矫形师。

问：我可不可以在我的旧假肢手套上安装亚加力指甲呢？
答：亚加力指甲是在生产的过程中添加的，因此，只有在我们香港皇室义肢订购表格上选择提升项目“ACRN”的新假肢才会安装亚加力指甲。所以，千万不要在你现有的假肢上安装亚加力指甲，因为这样做最后会损坏你的假肢。这样的损坏是不在保修的范围之内的。

问：我可不可以将我现有的或是旧的假肢手套寄给你们添加亚加力指甲呢？
答：不可以。

- 选项：穿衣便

问：什么是穿衣便?
答：穿衣便是一项提升项目，它可以方便穿和脱衣服。

问：相比常规硅胶假肢，我是否需要对穿衣便进行特殊护理?
答：需要。任何油墨，特别是油性油墨，如粘上必须立刻用肥皂和温水清洗干净，否则将永久性地吸附在假肢内。

问：清洁手套时我需要进行特殊护理吗?
答：我们建议使用海绵或者类似物进行清洁。

问：穿衣便用久了会耗损吗?
答：会，穿衣便用久了会耗损。就像跑鞋穿久了鞋底会磨破一样。

问:穿衣便在保修范围内吗?
答：不在，我们的保修范围不包括穿衣便，因为它会在日常生活中磨损并且脱落。

问：穿衣便只适用于新产品吗?
答：是的。所以在下单时，请订购产品代码为“SC”的产品。

- 选项：拉链

问：什么型号的假肢可以安装拉链？为什么要使用拉链?
答：一些半掌截肢用的手套或脚套，部分被动装饰性假手，手臂筒及小腿套都可以安装拉链，以便穿戴和脱下。

问：拉链的耐用度如何？我需要清洁拉链吗?
答：拉链非常耐用，只要适当护理就能长时间使用。为了卫生，我们建议每天使用之后清洁拉链。只要把假肢浸入温肥皂水中，用一支软毛牙刷轻轻地刷洗链牙和内部舌面即可。使用手套前需确认手套完全干透。

- 选项：按型填充

问：有哪几种按型填充物料可供选择?
答：可供选择的有填充海绵、填充硅胶、以及硅胶和海绵混合填充。对于成人来说，因为重量的原因，我们建议填充海绵或者硅胶海绵混合填充。对于儿童来说，这些选择都是可以的，但是硅胶填充比较耐用。

- 戴和脱

问：是否能够取出型号102LS, 102LSL, 102L 和 102LL里面的内泡绵（被动装饰性假手）?
答：不要自行取出里面的内泡绵，如果在取的过程中手套被撕裂，那就不能保修了。

保修条款/退货政策

有限产品质量保证

在正常使用和情况下，香港皇室义肢提供有限质量保证（注意：请仔细阅读附录A：保修指南/退货政策中包括某些退货需要额外费用，某些提升项目没有质量保修）。

- 保修期从皇室义肢的发票日期算起;
- 香港皇室义肢的硅胶假肢对产品工艺缺陷或包装受损担保赔偿损失;

不在保修范围：

1. 试样产品;
2. 日常磨损（比如：对衣服、纤维制品或其他反复摩擦）;
3. 由尖锐物体，例如：手指甲、动物爪子造成的划损或其他工具造成的撕裂;
4. 由于鞋的内部或边缘磨擦造成的脚套破损或割裂;
5. 自行套上和卸下内泡绵;
6. 反复弯折手指，造成内部手指金属线或手指铰链破损或断折;
7. 使用假手携带袋子等重物，或用其支撑身体造成的破损或断折;
8. 由于使用不当，超出产品负荷造成产品损坏，或由于安装不当造成零部件损坏，将产品暴露在腐蚀性环境中，以及经他人维修对产品造成实质性影响;
   *维修指南/ 退货政策详见附录A(145页)

- 为防止争议,产品损坏原因究竟是因为产品缺陷还是由正常磨损或不当使用造成,最终解释权归香港皇室义肢所有;
- 皇室或可能推荐额外的功能或对假肢进行额外调整，以防损坏再次发生，但可能需要加收额外费用;

销售条件

订单取消：

- 所有产品：订单可以在48小时内取消
- 需试样的产品：订单可以在假肢试样期间退回试样产品，需收取 50 %发票额后取消。

  (如不退回试样产品，则需要收取100%发票额)

退货审批

- 指明问题所在，准备条码，并立即通知香港皇室义肢（条码可以在假肢内侧或假肢保用书上找到）；
- 拍摄受损区域的清晰照片；
- 具体说明损坏是如何发生（例如，发生在套上假肢时）；
- 在商品因为维修/更换/退回扣数退货之前，必须从香港皇室义肢获得退货审批（RA）序号；
- 在退回假肢时，购买者必须标记出RA序号；
- 没有预先审批或没有退货审批序号的产品将被拒绝退回，并由消费者承担退回的费用；
- 产品退回的运费由消费者承担，除非错误是由于物品装运不当；
- 收货后请立即依照收据核对所有订单。如有错误或受损，请在五个工作日内联系香港皇室义肢；
- 保修指南/退货政策详见下页的附录A（注意：请仔细阅读附录A：保修指南/退货政策中包括某些退货需要额外费用，某些提升项目没有质量保修）；

附录A:保修指南/退货政策

不具有任何提升项目的产品

保修期从皇室义肢的发票日期算起	3个月之内	3-12个月
退回的产品仍然全新	退回更换 取消订单(需收取15%发票额的退货手续费)	
退回的产品已被使用,损坏或被二次销售	不接受退货及更换	
因产品耗损而退回产品维修-可以被维修	在保修期内免费维修	
因产品耗损而退回维修-不能被维修 或在维修后不耐用	在保修期内 免费更换一次	新订单有20%折扣 (注意：新假肢保修期从皇室义肢的发票日期算起。)

选择了提升项目的产品

保修期从皇室义肢的发票日期算起	3个月之内	3-12个月
提升项目：双色/自定颜色	不接受退货及更换	
提升项目：X系列	不接受退货及更换	
提升项目：亚加力指甲	不在保修范围内	
提升项目：穿衣便	不在保修范围内	
提升项目：半订做 因不满意尺寸或颜色而退回正式产品	不接受退货及更换 (购买者应该在假肢试样期间检查及确认尺寸和颜色) 新订单有20%折扣 (注意：新假肢保修期从皇室义肢的发票日期算起。)	
提升项目： 手指植入铁线或被动指节和强化手指	在保修期内 免费维修	新订单有20%折扣 (注意：新假肢保修期从皇室义肢的发票日期算起。)
提升项目：黏贴接受腔，拉链和按型填充 按型填充只适用于（海绵+硅胶填充）及（硅胶填充） 因产品耗损而退回维修-可以被维修	在保修期内 免费维修	新订单有20%折扣 (注意：新假肢保修期从皇室义肢的发票日期算起。)
提升项目：拉链和按型填充 按型填充只适用于（海绵+硅胶填充）及（硅胶填充） 因产品耗损而退回维修-不能被维修 或在维修后不耐用	在保修期内 免费更换一次	新订单有20%折扣 (注意：新假肢保修期从皇室义肢的发票日期算起。)
提升项目：黏贴接受腔 因产品耗损而退回维修-不能被维修 或在维修后不耐用	不接受退货及更换 新订单有20%折扣 (注意：新假肢保修期从皇室义肢的发票日期算起。)	

注1：所有选择了提升项目的产品都不可以退回扣数
注2：香港皇室义肢有限公司会因产品的损耗程度来评估，维修结果由我司作定案

订购表格

(硅胶美容义肢用)

-p146: 订购表格S1-型号103半掌截肢

-p151: 订购表格S2-型号101L,102L,102LS，101LL，102LL
102LSL，SL-29，SL-50 手腕或手腕以上截肢及手臂筒

-p157: 订购表格S3-型号200系列手指截肢

-p163: 订购表格S4-型号HDSF,HDSF-ER,HDSFHT,HDSFHT-ER 脚掌截肢

-p168: 订购表格S5-型号TOE系列脚趾截肢

(V.1.0.2015)

REGAL

皇室义肢有限公司

半订做(SCM)订购表格
型号103半掌截肢

S1

公司名称 _____

电邮地址 _____ 电话 _____ 传真 _____

联络人/ 账号号码 _____ 订购日期 _____ 订单号码 _____

免责声明-请向病人解释并确认病人理解以下信息：

☐ 1. 假肢的外观不可能与健肢完全相同。

☐ 2. 假肢的尺寸可能与健肢不匹配，这取决于残肢的情况。

☐ 3. 请不要预期硅胶假肢的颜色在所有情况下与病人的肤色相同。

☐ 4. 假肢的使用寿命取决于假肢的环境状况、使用情况和维修保养。

☐ 5. 皇室硅胶义肢的保修条款，请参阅2015年目录。

☐ 6. 试样产品的货期为14到21个工作天，正式产品的货期为14个工作天。由于货品扣关、装船延误或其他我们无法控制的原因可能会影响交货时间。
注意： *货期由香港皇室义肢确认收到确认单当日算起，详情请参考确认单。*

☐ 7. 试样产品只是为了检验颜色和合适度，不应该使用或转售，试样产品经皇室义肢要求应予以归还。

矫形师签名 _____ 日期 _____

订购步骤：

☐ 1. 适当的测量病人残肢及健肢的尺寸，在后面的页面中按1:1的比例勾画轮廓及填写数据。
注: *如果订单和石膏模的测量数据差别小于4%，我们会选择较小的测量数据制造试样。*

☐ 2. 利用皇室义肢的色版，选择与病人残肢及健肢最接近颜色，并将之填写在随后的页面中。

☐ 3. 拍摄残肢和健肢的照片。

☐ 4. 从2015年的目录中，选择尺寸及外观最接近病人健肢的尺码，并将之填写在随后的页面。
注：*正式产品的型号及尺寸取决与选择的尺码。正式产品的尺码可能与订单选择的尺码不同。*

☐ 5. 残肢及健肢应在自然形态下取型。
正常情况下，石膏模的尺寸比残肢真实尺寸大，石膏模尺寸必须与实际残肢尺寸相称。
注1：*数据的准确度决定了假肢试样的次数，最终决定了正式产品的总制作时间。*
注2：*假肢的内泡棉将根据修改过的石膏模制作。因此，石膏模的尺寸必须反映残肢的真实尺寸。*

☐ 6. 在石膏模上标上病人姓名、前后内外对线、手腕的位置及敏感区域。

☐ 7. 在寄出前妥善包裹石膏模，以免石膏模在运送过程中受到破坏。

电话: (852) 2771 8991 传真: (852) 2384 5948 电邮: info@regalprosthesis.com 网址: www.regalprosthesis.com

香港皇室义肢有限公司
www.regalprosthesis.com

皇室义肢有限公司

半订做(SCM)订购表格
型号103半掌截肢

S1

患者名称 _____ 年龄 _____ 性别 _____ 职业 _____

病人联系电话 / 电邮 _____

截肢位置及情况 _____

注1: *如果残肢正在发炎，在残肢消炎后，假肢可能会不合适。*
注2: *如果残肢上有未愈合的伤口，请避免穿戴假肢。假肢应该在残肢伤口完全愈合后穿戴。*
注3: *如果残肢敏感，请修整（加厚）石膏模以减少敏感区域的压力。*

型号103半掌截肢			皇室 2015 年目录参考页码	订购编码	输入编码
标准配置	型号	半掌截肢用	47	103	
	性别，尺码	*请参考2015 年目录第52-97 页*			
	左右	左 / 右		L / R	
	颜色 - 单色	*请使用皇室的色板*			
	半订做	半订做	5	SCM	SCM
选项：表面及外观优化	颜色	双色（*例：D3 - P2*）	12	D / P	
		客户自定颜色（*需要客户提供色版*）		CC	
	指甲，毛发	X 系列	14	X	
		- 毛发形态（*2D, 3D*）		2D / 3D	
		- 毛发颜色（*棕黑色，棕色，黑色*）		BB / BR / BL	
		亚加力指甲	15	ACRN	
	穿衣便	穿衣便	17	SC	
选项：结构提升	按型填充	- 海绵，硅胶，海绵和硅胶混合	19	F / S / F+S	
	手指结构	加铁线 / 加被动指节	21	W / HF	
	拉链	塑胶拉链（默认）/ 不加拉链（NZ）	23	NZ	
有特别的裁剪要求吗？ （如有，请确保有标示剪裁线）				是 / 否	
残肢上的手指可以弯曲吗？ （如有，哪根手指可以弯曲呢：_____）				是 / 否	
大鱼肌能否活动？				是 / 否	
去掉假肢上的手指以加强活动性。 （请把需要去掉的假肢手指写在这里：_____）				是 / 否	
寄出正式产品，同时归还石膏模？ （我们只会保留病人的资料 12 个月。过后我们会销毁相关的资料）				是 / 否	

备注: _____


皇室义肢有限公司

半订做(SCM)订购表格
型号103半掌截肢

S1

1:1画图指引
1. 以(毫米 □/英寸 □)填写以下页面需要的尺寸。
2. 在图表中用 "+" 号标记敏感区域的位置。
3. 请提供尽量多的尺寸，这有助于制作更帖服的试样产品。如需要，可以在订购表格上稍做修改。
4. 所有长度应该在掌心方向量度。

⬡ = *长度*
□ = *圆周*




这是一个例子，
请在下一页勾画手的轮廓及填写测量的数据

请在下面以1:1勾画残肢（如位置不够可画在其他纸张上）并在上面填写上第3页要求的尺寸。

掌心向下
（残肢）

例子




这些资料只可以当作额外的补充，并不可以取代石膏模。

请在下面以1:1勾画健肢（如位置不够可画在其他纸张上）并在上面填写上第3页要求的尺寸。

掌心向下
（健肢）

例子



这些资料只可以当作额外的补充，并不可以取代石膏模。

皇室义肢有限公司

半订做(SCM)订购表格
型号101L,102L,102LS,101LL,102LL,102LSL,SL-29,SL-50
手腕或手腕以上截肢及手臂筒

S2

公司名称 _____

电邮地址 _____ 电话 _____ 传真 _____

联络人/ 账号号码 _____ 订购日期 _____ 订单号码 _____

免责声明-请向病人解释并确认病人理解以下信息：

☐ 1. 假肢的外观不可能与健肢完全相同。

☐ 2. 假肢的尺寸可能与健肢不匹配，这取决于残肢的情况。

☐ 3. 请不要预期硅胶假肢的颜色在所有情况下与病人的肤色相同。

☐ 4. 假肢的使用寿命取决于假肢的环境状况、使用情况和维修保养。

☐ 5. 皇室硅胶义肢的保修条款，请参阅2015年目录。

☐ 6. 试样产品的货期为14到21个工作天，正式产品的货期为14个工作天。由于货品扣关、装船延误或其他我们无法控制的原因可能会影响交货时间。
注意： *货期由香港皇室义肢确认收到确认单当日算起，详情请参考确认单。*

☐ 7. 试样产品只是为了检验颜色和合适度，不应该使用或转售，试样产品经皇室义肢要求应予以归还。

矫形师签名 _____ 日期 _____

订购步骤：

☐ 1. 适当的测量病人残肢及健肢的尺寸，在后面的页面中按1:1的比例勾画轮廓及填写数据。
注：*如果订单和石膏模的测量数据差别小于4%，我们会选择较小的测量数据制造试样。*

☐ 2. 利用皇室义肢的色版，选择与病人残肢及健肢最接近颜色，并将之填写在随后的页面中。

☐ 3. 拍摄残肢和健肢的照片。

☐ 4. 从2015年的目录中，选择尺寸及外观最接近病人健肢的尺码，并将之填写在随后的页面。
注：*正式产品的型号及尺寸取决与选择的尺码。正式产品的尺码可能与订单选择的尺码不同。*

☐ 5. 残肢及健肢应在自然形态下取型。
正常情况下，石膏模的尺寸比残肢真实尺寸大，石膏模尺寸必须与实际残肢尺寸相称。
注1：*数据的准确度决定了假肢试样的次数，最终决定了正式产品的总制作时间。*
注2：*假肢的内泡棉将根据修改过的石膏模制作。因此，石膏模的尺寸必须反映残肢的真实尺寸。*

☐ 6. 在石膏模上标上病人姓名、前后内外对线、手腕的位置及敏感区域。

☐ 7. 在寄出前妥善包裹石膏模，以免石膏模在运送过程中受到破坏。

皇室义肢有限公司
半订做(SCM)订购表格
型号101L,102L,102LS,101LL,102LL,102LSL,SL-29,SL-50
手腕或手腕以上截肢及手臂筒
S2

患者名称 _____ 年龄 _____ 性别 _____ 职业 _____

病人联系电话 / 电邮 _____

截肢位置及情况 _____

注1：*如果残肢正在发炎，在残肢消炎后，假肢可能会不合适。*
注2：*如果残肢上有未愈合的伤口，请避免穿戴假肢。假肢应该在残肢伤口完全愈合后穿戴。*
注3：*如果残肢敏感，请修整（加厚）石膏模以减少敏感区域的压力。*

型号 101L，102L，102LS，101LL，102LL，102LSL，SL-29，SL50 手腕或手腕以上截肢及手臂筒			皇室 2015 年目录参考页码	订购编码	输入编码
基础形态	型号	标准长度	46	101L / 102L / 102LS	
		特长长度		101LL/102LL/102LSL	
		手臂筒	128-129	SL-50 / SL-29	
	性别，尺码	*请参考2015 年目录第52-97, 128-129 页*			
	左右	左 / 右		L / R	
	颜色 - 单色	*请使用皇室的色板*			
	半订做	半订做	5	SCM	SCM
选项：表面及外观优化	颜色	双色（*例：D3 - P2*）	12	D / P	
		客户自定颜色（*需要客户提供色版*）		CC	
	指甲，毛发	X 系列	14	X	
		- 毛发形态（*2D, 3D*）		2D / 3D	
		- 毛发颜色（*棕黑色，棕色，黑色*）		BB / BR / BL	
		亚加力指甲	15	ACRN	
	穿衣便	穿衣便	17	SC	
选项：结构提升	腕接头	公制，外齿 / 内齿	18	EX-MT / IN-MT	
		英制，外齿 / 内齿		EX-IP / IN-IP	
	按型填充	- 海绵，硅胶，海绵和硅胶混合	19	F / S / F+S	
	手指结构	加铁线 / 加被动指节	21	W / HF	
	拉链	塑胶拉链	23	PZ	
	黏贴接授腔	黏贴接授腔（*请提供接授腔*）	23	GTS	
有特别的裁剪要求吗？（如有，请确保有标示剪裁线）				是 / 否	
寄出正式产品，同时归还石膏模？（我们只会保留病人的资料 12 个月。过后我们会销毁相关的资料）				是 / 否	

备注：_____

电话: (852) 2771 8991 传真: (852) 2384 5948 电邮: info@regalprosthesis.com 网址: www.regalprosthesis.com
香港皇室义肢有限公司 www.regalprosthesis.com
一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴

皇室义肢有限公司

半订做(SCM)订购表格
型号101L,102L,102LS,101LL,102LL,102LSL,SL-29,SL-50
手腕或手腕以上截肢及手臂筒

S2

测量方法

长度及宽度：

手指



手掌



手腕





围长：

手指



手掌和手腕



（自然站姿）


皇室义肢有限公司
半订做(SCM)订购表格
型号101L,102L,102LS,101LL,102LL,102LSL,SL-29,SL-50
手腕或手腕以上截肢及手臂筒
S2

1:1画图指引

1. 以(毫米 □/英寸 □)填写以下页面需要的尺寸。
2. 在图表中用 “+” 号标记敏感区域的位置。
3. 请提供尽量多的尺寸，这有助于制作更帖服的试样产品。如需要，可以在订购表格上稍做修改。
4. 所有长度应该在掌心方向量度。

这是一个例子，
请在下一页勾画手的轮廓及填写测量的数据

⬡ = *长度*
□ = *圆周*



皇室义肢有限公司

残肢


半订做(SCM)订购表格
型号101L,102L,102LS,101LL,102LL,102LSL,SL-29,SL-50
手腕或手腕以上截肢及手臂筒

S2

请在下面以1:1勾画残肢（如位置不够可画在其他纸张上）并在上面填写上第4页要求的尺寸。

掌心向下
（残肢）

例子1



例子2



这些资料只可以当作额外的补充，并不可以取代石膏模。

皇室义肢有限公司

健肢


半订做(SCM)订购表格
型号101L,102L,102LS,101LL,102LL,102LSL,SL-29,SL-50
手腕或手腕以上截肢及手臂筒

S2

请在下面以1:1勾画健肢（如位置不够可画在其他纸张上）并在上面填写上第4页要求的尺寸。

掌心向下
（健肢）

例子



这些资料只可以当作额外的补充，并不可以取代石膏模。

皇室义肢有限公司

半订做(SCM)订购表格
型号 200系列 手指截肢

S3

公司名称 _____

电邮地址 _____ 电话 _____ 传真 _____

联络人/ 账号号码 _____ 订购日期 _____ 订单号码 _____

免责声明-请向病人解释并确认病人理解以下信息：

☐ 1. 假肢的外观不可能与健肢完全相同。

☐ 2. 假肢的尺寸可能与健肢不匹配，这取决于残肢的情况。

☐ 3. 请不要预期硅胶假肢的颜色在所有情况下与病人的肤色相同。

☐ 4. 假肢的使用寿命取决于假肢的环境状况、使用情况和维修保养。

☐ 5. 皇室硅胶义肢的保修条款，请参阅2015年目录。

☐ 6. 试样产品的货期为14到21个工作天，正式产品的货期为14个工作天。由于货品扣关、装船延误或其他我们无法控制的原因可能会影响交货时间。
注意： *货期由香港皇室义肢确认收到确认单当日算起，详情请参考确认单。*

☐ 7. 试样产品只是为了检验颜色和合适度，不应该使用或转售，试样产品经皇室义肢要求应予以归还。

矫形师签名 _____ 日期 _____

订购步骤：

☐ 1. 适当的测量病人残肢及健肢的尺寸，在后面的页面中按1:1的比例勾画轮廓及填写数据。
注：*如果订单和石膏模的测量数据差别小于4%，我们会选择较小的测量数据制造试样。*

☐ 2. 利用皇室义肢的色版，选择与病人残肢及健肢最接近颜色，并将之填写在随后的页面中。

☐ 3. 拍摄残肢和健肢的照片。

☐ 4. 从2015年的目录中，选择尺寸及外观最接近病人健肢的尺码，并将之填写在随后的页面。
注：*正式产品的型号及尺寸取决与选择的尺码。正式产品的尺码可能与订单选择的尺码不同。*

☐ 5. 残肢及健肢应在自然形态下取型。
正常情况下，石膏模的尺寸比残肢真实尺寸大，石膏模尺寸必须与实际残肢尺寸相称。
注1：*数据的准确度决定了假肢试样的次数，最终决定了正式产品的总制作时间。*
注2：*假肢的内泡棉将根据修改过的石膏模制作。因此，石膏模的尺寸必须反映残肢的真实尺寸。*

☐ 6. 在石膏模上标上病人姓名、前后位置及敏感区域。

☐ 7. 在寄出前妥善包裹石膏模，以免石膏模在运送过程中受到破坏。

皇室义肢有限公司
半订做(SCM)订购表格
型号 200系列 手指截肢
S3

患者名称 _____ 年龄 _____ 性别 _____ 职业 _____

病人联系电话 / 电邮 _____

截肢位置及情况 _____

注1：*如果残肢正在发炎，在残肢消炎后，假肢可能会不合适。*
注2：*如果残肢上有未愈合的伤口，请避免穿戴假肢。假肢应该在残肢伤口完全愈合后穿戴。*
注3：*如果残肢敏感，请修整（加厚）石膏模以减少敏感区域的压力。*

型号 200C，200S，201，202，203，204，205 单指			皇室 2015 年目录参考页码	订购编码	输入编码
标准配置	型号	*请参考2015 年目录第48 页*			
	性别，尺码	*请参考2015 年目录第52-97 页*			
	左右	左 / 右		L / R	
	颜色 – 单色	*请使用皇室的色板*			
	半订做	半订做	5	SCM	SCM
选项：表面及外观优化	颜色	双色（*例：D3 - P2*）	12	D / P	
		客户自定颜色（*需要客户提供色版*）		CC	
	指甲，毛发	X 系列	14	X	
		– 毛发形态（*2D, 3D*）		2D / 3D	
		– 毛发颜色（*棕黑色，棕色，黑色*）		BB / BR / BL	
		亚加力指甲	15	ACRN	
	穿衣便	穿衣便	17	SC	
选项：结构提升	按型填充	– 海绵，硅胶，海绵和硅胶混合	19	F / S / F+S	
	手指结构	加铁线 / 加被动指节	21	W / HF	
		手指弯曲度 – B1（笔直），B2（标准），B3（特弯）	22	B1 / B2 / B3	
其他	胶水	医疗用胶水（用来加强悬吊效果）	133	是 / 否	
有特别的裁剪要求吗？ （如有，请确保有标示剪裁线）				是 / 否	
残肢上的手指可以弯曲吗？ （如有，哪根手指可以弯曲呢：_____）				是 / 否	
硅胶手指戴到第二指节？ （如果是的话，硅胶手指将会制作到第二指节的中间。矫形师可以裁剪硅胶手指到理想的长度）				是 / 否	
残肢较短，需要延长边缘以加强悬吊效果。 （请在石膏模或画图上画上延长的边缘。）				是 / 否	
寄出正式产品，同时归还石膏模？ （我们只会保留病人的资料 12 个月。过后我们会销毁相关的资料）				是 / 否	

备注：_____

电话: (852) 2771 8991 传真: (852) 2384 5948 电邮: info@regalprosthesis.com 网址: www.regalprosthesis.com

皇室义肢有限公司

半订做(SCM)订购表格
型号 200系列 手指截肢

S3

测量方法

长度及宽度：

手指



手掌



手腕



围长：

手指



手掌和手腕



（自然站姿）

皇室义肢有限公司

半订做(SCM)订购表格
型号 200系列 手指截肢


S3

1:1画图指引

1. 以（毫米 □/英寸 □）填写以下页面需要的尺寸。
2. 在图表中用 “+” 号标记敏感区域的位置。
3. 请提供尽量多的尺寸，这有助于制作更帖服的试样产品。如需要，可以在订购表格上稍做修改。
4. 所有长度应该在掌心方向量度。

⬡ = *长度*

□ = *圆周*



这是一个例子，
请在下一页勾画手的轮廓及填写测量的数据

皇室义肢有限公司


残肢

半订做(SCM)订购表格
型号 200系列 手指截肢

S3

请在下面以1:1勾画残肢（如位置不够可画在其他纸张上）并在上面填写上第4页要求的尺寸。

例子



这些资料只可以当作额外的补充，并不可以取代石膏模。

皇室义肢有限公司


健肢

半订做(SCM)订购表格
型号 200系列 手指截肢

S3

请在下面以1:1勾画健肢（如位置不够可画在其他纸张上）并在上面填写上第4页要求的尺寸。

例子



这些资料只可以当作额外的补充，并不可以取代石膏模。

皇室义肢有限公司

半订做(SCM)订购表格
型号HDSF, HDSF-ER, HDSFHT, HDSFHT-ER 脚掌截肢

S4

公司名称 _____

电邮地址 _____ 电话 _____ 传真 _____

联络人/ 账号号码 _____ 订购日期 _____ 订单号码 _____

免责声明-请向病人解释并确认病人理解以下信息：

☐ 1. 假肢的外观不可能与健肢完全相同。

☐ 2. 假肢的尺寸可能与健肢不匹配，这取决于残肢的情况。

☐ 3. 请不要预期硅胶假肢的颜色在所有情况下与病人的肤色相同。

☐ 4. 假肢的使用寿命取决于假肢的环境状况、使用情况和维修保养。

☐ 5. 皇室硅胶义肢的保修条款，请参阅2015年目录。

☐ 6. 试样产品的货期为14到21个工作天，正式产品的货期为14个工作天。由于货品扣关、装船延误或其他我们无法控制的原因可能会影响交货时间。
注意： *货期由香港皇室义肢确认收到确认单当日算起，详情请参考确认单。*

☐ 7. 试样产品只是为了检验颜色和合适度，不应该使用或转售，试样产品经皇室义肢要求应予以归还。

矫形师签名 _____ 日期 _____

订购步骤：

☐ 1. 适当的测量病人残肢及健肢的尺寸，在后面的页面中按1:1的比例勾画轮廓及填写数据。
注：*如果订单和石膏模的测量数据差别小于4%，我们会选择较小的测量数据制造试样。*

☐ 2. 利用皇室义肢的色版，选择与病人残肢及健肢最接近颜色，并将之填写在随后的页面中。

☐ 3. 拍摄残肢和健肢的照片。

☐ 4. 从2015年的目录中，选择尺寸及外观最接近病人健肢的尺码，并将之填写在随后的页面。
注：*正式产品的型号及尺寸取决与选择的尺码。正式产品的尺码可能与订单选择的尺码不同。*

☐ 5. 残肢及健肢应在自然形态下取型。
正常情况下，石膏模的尺寸比残肢真实尺寸大，石膏模尺寸必须与实际残肢尺寸相称。
注1：*数据的准确度决定了假肢试样的次数，最终决定了正式产品的总制作时间。*
注2：*假肢的内泡棉将根据修改过的石膏模制作。因此，石膏模的尺寸必须反映残肢的真实尺寸。*

☐ 6. 在石膏模上标上病人姓名、前后内外对线、内外脚髁位置及敏感区域。

☐ 7. 在寄出前妥善包裹石膏模，以免石膏模在运送过程中受到破坏。

皇室义肢有限公司

半订做(SCM)订购表格
型号HDSF, HDSF-ER, HDSFHT, HDSFHT-ER 脚掌截肢

S4

患者名称 _____ 年龄 _____ 性别 _____ 体重 _____

病人联系电话 / 电邮 _____ 职业 _____

截肢位置及情况 _____

注1：*如果残肢正在发炎，在残肢消炎后，假肢可能会不合适。*
注2：*如果残肢上有未愈合的伤口，请避免穿戴假肢。假肢应该在残肢伤口完全愈合后穿戴。*
注3：*如果残肢敏感，请修整（加厚）石膏模以减少敏感区域的压力。*

型号 HDSF，HDSF-ER，HDSFHT，HDSFHT-ER 脚掌截肢			皇室 2015 年目录参考页码	订购编码	输入编码
标准配置	型号	标准型号	98–99	HDSF, HDSFHT	
		加碳纤板型号		HDSF-ER, HDSFHT-ER	
	尺码	*请参考2015 年目录第104-127 页*			
	左右	左 / 右		L / R	
	颜色 – 单色	*请使用皇室的色板*			
	半订做	半订做	5	SCM	SCM
选项：表面及外观优化	颜色	双色（*例：D3 - P2*）	12	D / P	
		客户自定颜色（*需要客户提供色版*）		CC	
	指甲，毛发	X 系列	14	X	
		– 毛发形态（*2D, 3D*）		2D / 3D	
		– 毛发颜色（*棕黑色，棕色，黑色*）		BB / BR / BL	
		亚加力指甲	15	ACRN	
	穿衣便	穿衣便	17	SC	
选项：结构提升	按型填充	– 海绵，硅胶，海绵和硅胶混合	19	F / S / F+S	
	拉链	塑胶拉链（默认）/ 不加拉链（NZ）	23	NZ	
脚套长度做至比健肢短 10 毫米，以便穿鞋。				是 / 否	
有特别的裁剪要求吗？ （如有，请确保有标示剪裁线）				是 / 否	
去掉假肢上的脚趾以加强活动性。 （请把需要去掉的假肢脚趾写在这里：_____）				是 / 否	
寄出正式产品，同时归还石膏模？ （我们只会保留病人的资料 12 个月。过后我们会销毁相关的资料）				是 / 否	

备注：_____

电话: (852) 2771 8991 传真: (852) 2384 5948 电邮: info@regalprosthesis.com 网址: www.regalprosthesis.com

1:1画图指引


1. 以(毫米 □/英寸 □)填写以下页面需要的尺寸。
2. 在图表中用 “+” 号标记敏感区域的位置。
3. 请提供尽量多的尺寸，这有助于制作更帖服的试样产品。如需要，可以在订购表格上稍做修改。


这是一个例子，
请在下一页勾画脚的轮廓及填写测量的数据



= 长度

= 圆周






请在下面以1:1勾画残肢（如位置不够可画在其他纸张上）并在上面填写上第3页要求的尺寸。

脚板向下
（残肢）

例子



这些资料只可以当作额外的补充，并不可以取代石膏模。

皇室义肢有限公司

健肢


半订做(SCM)订购表格
型号HDSF, HDSF-ER, HDSFHT, HDSFHT-ER 脚掌截肢

S4

请在下面以1:1勾画健肢（如位置不够可画在其他纸张上）并在上面填写上第3页要求的尺寸。

（健肢）

例子



这些资料只可以当作额外的补充，并不可以取代石膏模。

皇室义肢有限公司

半订做(SCM)订购表格
型号TOE系列 脚趾截肢

S5

公司名称 _____

电邮地址 _____ 电话 _____ 传真 _____

联络人/ 账号号码 _____ 订购日期 _____ 订单号码 _____

免责声明-请向病人解释并确认病人理解以下信息：

☐ 1. 假肢的外观不可能与健肢完全相同。

☐ 2. 假肢的尺寸可能与健肢不匹配，这取决于残肢的情况。

☐ 3. 请不要预期硅胶假肢的颜色在所有情况下与病人的肤色相同。

☐ 4. 假肢的使用寿命取决于假肢的环境状况、使用情况和维修保养。

☐ 5. 皇室硅胶义肢的保修条款，请参阅2015年目录。

☐ 6. 试样产品的货期为14到21个工作天，正式产品的货期为14个工作天。由于货品扣关、装船延误或其他我们无法控制的原因可能会影响交货时间。
注意： *货期由香港皇室义肢确认收到确认单当日算起，详情请参考确认单。*

☐ 7. 试样产品只是为了检验颜色和合适度，不应该使用或转售，试样产品经皇室义肢要求应予以归还。

矫形师签名 _____ 日期 _____

订购步骤：

☐ 1. 适当的测量病人残肢及健肢的尺寸，在后面的页面中按1:1的比例勾画轮廓及填写数据。
注: *如果订单和石膏模的测量数据差别小于4%，我们会选择较小的测量数据制造试样。*

☐ 2. 利用皇室义肢的色版，选择与病人残肢及健肢最接近颜色，并将之填写在随后的页面中。

☐ 3. 拍摄残肢和健肢的照片。

☐ 4. 从2015年的目录中，选择尺寸及外观最接近病人健肢的尺码，并将之填写在随后的页面。
注：*正式产品的型号及尺寸取决与选择的尺码。正式产品的尺码可能与订单选择的尺码不同。*

☐ 5. 残肢及健肢应在自然形态下取型。
正常情况下，石膏模的尺寸比残肢真实尺寸大，石膏模尺寸必须与实际残肢尺寸相称。
注1：*数据的准确度决定了假肢试样的次数，最终决定了正式产品的总制作时间。*
注2：*假肢的内泡棉将根据修改过的石膏模制作。因此，石膏模的尺寸必须反映残肢的真实尺寸。*

☐ 6. 在石膏模上标上病人姓名、前后内外对线及敏感区域。

☐ 7. 在寄出前妥善包裹石膏模，以免石膏模在运送过程中受到破坏。

皇室义肢有限公司

半订做(SCM)订购表格
型号TOE系列 脚趾截肢

S5

患者名称 _____ 年龄 _____ 性别 _____ 职业 _____

病人联系电话 / 电邮 _____

截肢位置及情况 _____


注1: *如果残肢正在发炎，在残肢消炎后，假肢可能会不合适。*
注2: *如果残肢上有未愈合的伤口，请避免穿戴假肢。假肢应该在残肢伤口完全愈合后穿戴。*
注3: *如果残肢敏感，请修整（加厚）石膏模以减少敏感区域的压力。*

型号 TOE 系列 脚趾截肢			皇室 2015 年目录参考页码	订购编码	输入编码
标准配置	型号	*请参考2015 年目录第100-101 页*			
	尺码	*请参考2015 年目录第104-127 页*			
	左右	左 / 右		L / R	
	颜色 - 单色	*请使用皇室的色板*			
	半订做	半订做	5	SCM	SCM
选项：表面及外观优化	颜色	双色（*例：D3 - P2*）	12	D / P	
		客户自定颜色（*需要客户提供色版*）		CC	
	指甲，毛发	X 系列	14	X	
		- 毛发形态（*2D, 3D*）		2D / 3D	
		- 毛发颜色（*棕黑色，棕色，黑色*）		BB / BR / BL	
		亚加力指甲	15	ACRN	
	穿衣便	穿衣便	17	SC	
选项：结构提升	按型填充	- 硅胶	19	S	
其他	胶水	医疗用胶水（用来加强悬吊效果）	133	是 / 否	
残肢较短，需要延长边缘以加强悬吊效果。（适用于型号 TOE1S。）				是 / 否	
有特别的裁剪要求吗？ （如有，请确保有标示剪裁线）				是 / 否	
寄出正式产品，同时归还石膏模？ （我们只会保留病人的资料 12 个月。过后我们会销毁相关的资料）				是 / 否	

备注: _____

皇室义肢有限公司
半订做(SCM)订购表格
型号TOE系列 脚趾截肢
S5

1:1画图指引
1. 以(毫米 □/英寸 □)填写以下页面需要的尺寸。
2. 在图表中用 “+” 号标记敏感区域的位置。
3. 请提供尽量多的尺寸，这有助于制作更帖服的试样产品。如需要，可以在订购表格上稍做修改。



皇室义肢有限公司

残肢及健肢


半订做(SCM)订购表格
型号TOE系列 脚趾截肢

S5

请在下面以1:1勾画残肢及健肢（如位置不够可画在其他纸张上）并在上面填写上第3页要求的尺寸。

降板向下
(残肢及健肢)

例子



这些资料只可以当作额外的补充，并不可以取代石膏模。

皇室义肢有限公司

半订做(SCM)订购表格
型号BKSL 小腿套

S6

公司名称 _____

电邮地址 _____ 电话 _____ 传真 _____

联络人/ 账号号码 _____ 订购日期 _____ 订单号码 _____

免责声明-请向病人解释并确认病人理解以下信息：

☐ 1. 假肢的外观不可能与健肢完全相同。

☐ 2. 假肢的尺寸可能与健肢不匹配，这取决于残肢的情况。

☐ 3. 请不要预期硅胶假肢的颜色在所有情况下与病人的肤色相同。

☐ 4. 假肢的使用寿命取决于假肢的环境状况、使用情况和维修保养。

☐ 5. 皇室硅胶义肢的保修条款，请参阅2015年目录。

☐ 6. 试样产品的货期为14到21个工作天，正式产品的货期为14个工作天。由于货品扣关、装船延误或其他我们无法控制的原因可能会影响交货时间。
注意： *货期由香港皇室义肢确认收到确认单当日算起，详情请参考确认单。*

☐ 7. 试样产品只是为了检验颜色和合适度，不应该使用或转售，试样产品经皇室义肢要求应予以归还。

矫形师签名 _____ 日期 _____

订购步骤：

☐ 1. 适当的测量病人残肢及健肢的尺寸，在后面的页面中按1:1的比例勾画轮廓及填写数据。
注: *如果订单和石膏模的测量数据差别小于4%，我们会选择较小的测量数据制造试样。*

☐ 2. 利用皇室义肢的色版，选择与病人残肢及健肢最接近颜色，并将之填写在随后的页面中。

☐ 3. 拍摄残肢和健肢的照片。

☐ 4. 从2015年的目录中，选择尺寸及外观最接近病人健肢的尺码，并将之填写在随后的页面。
注：*正式产品的型号及尺寸取决与选择的尺码。正式产品的尺码可能与订单选择的尺码不同。*

☐ 5. 残肢及健肢应在自然形态下取型。
正常情况下，石膏模的尺寸比残肢真实尺寸大，石膏模尺寸必须与实际残肢尺寸相称。
注1：*数据的准确度决定了假肢试样的次数，最终决定了正式产品的总制作时间。*
注2：*假肢的内泡棉将根据修改过的石膏模制作。因此，石膏模的尺寸必须反映残肢的真实尺寸。*

☐ 6. 在石膏模上标上病人姓名、前后内外对线及敏感区域。

☐ 7. 在寄出前妥善包裹石膏模，以免石膏模在运送过程中受到破坏。

皇室义肢有限公司

半订做(SCM)订购表格
型号BKSL 小腿套

S6

患者名称 _____ 年龄 _____ 性别 _____ 职业 _____

病人联系电话 / 电邮 _____

截肢位置及情况 _____

注1：*如果残肢正在发炎，在残肢消炎后，假肢可能会不合适。*
注2：*如果残肢上有未愈合的伤口，请避免穿戴假肢。假肢应该在残肢伤口完全愈合后穿戴。*
注3：*如果残肢敏感，请修整（加厚）石膏模以减少敏感区域的压力。*

型号 BKSL 小腿套			皇室 2015 年目录参考页码	订购编码	输入编码
标准配置	型号	小腿套	130	BKSL	
	尺码	大码 / 中码		L / M	
	左右	左 / 右		L / R	
	颜色 - 单色	*请使用皇室的色板*			
	半订做	半订做	5	SCM	SCM
选项：表面及外观优化	颜色	双色（*例：D3 - P2*）	12	D / P	
		客户自定颜色（*需要客户提供色版*）		CC	
	穿衣便	穿衣便	17	SC	
选项：结构提升	按型填充	- 海绵	19	F	
	拉链	塑胶拉链	23	PZ	
	黏贴接授腔	黏贴接授腔（*请提供接授腔*）	23	GTS	
有特别的裁剪要求吗？（如有，请确保有标示剪裁线）				是 / 否	
寄出正式产品，同时归还石膏模？（我们只会保留病人的资料 12 个月。过后我们会销毁相关的资料）				是 / 否	


备注：_____

皇室义肢有限公司

半订做(SCM)订购表格
型号BKSL 小腿套

S6

1:1画图指引
1. 以（毫米 □ /英寸 □）填写以下页面需要的尺寸。
2. 在图表中用 “+” 号标记敏感区域的位置。
3. 请提供尽量多的尺寸，这有助于制作更帖服的试样产品。如需要，可以在订购表格上稍做修改。
4. 所有长度应该在后侧方向量度。



试样产品修改表格

(硅胶美容义肢用)

-p175: TMOD1-型号103半掌截肢用手套及型号200手指

-p177: TMOD2-型号101L,102L,102LS,101LL,102LL,102LSL,
SL-29,SL-50手腕 或手腕以上截肢和手臂筒

-p179: TMOD3-型号HSDF，HSDF-ER，HDSFHT，HDSFHT-ER
脚掌截肢用脚套及型号TOE系列

-p181: TMOD4-型号BKSL小腿套

(V.1.0.2015)

REGAL

皇室义肢有限公司

半订做(SCM)试样产品修改表格
型号103半掌截肢用手套及型号200手指

TMOD1

试样产品只供检查尺寸合适度及基底颜色； 试样产品是不会有指甲及阴影细节。

试样修改表格 (TMOD):

- TMOD1 : 适用于型号103半掌截肢手套及型号200手指;
- TMOD2 : 适用于型号101L, 102L, 102LS, 101LL, 102LL, 102LSL 硅胶假肢手套和型号SL-29, SL-50 手臂筒;
- TMOD3 : 适用于型号HDSF, HDSF-ER, HDSFHT, HDSFHT-ER 脚掌截肢用脚套及型号TOE系列;
- TMOD4 : 适用于型号BKSL小腿套;

当试样产品没有需要修改的地方时:

- 清楚地在试样修改表格的备注里写上：不需要修改;
- 签名，写上日期然后将试样修改表格传真或电邮给我们;
- 收到文件后，我们会按试样产品安排生产正式产品，正式产品会有指甲及阴影细节;

当试样产品有需要修改的地方时:

1.在试样修改表格中记录需要修改的地方;
2.将试样产品及试样修改表格邮寄给我们

- 当修改的幅度很小，你可以要求按照修改的地方直接生产正式产品;
- 当修改的幅度很大或修改的地方很多，可能需要在做一个试样产品已检查颜色及尺寸，如果没有额外的修改你可以在我们确认收到退回的试样产品及试样修改表格后14-21 个工作天内收到新的试样产品。(如果提供的资料不够清楚。实际出货时间可能更长一些。)

正式产品的资料:

- 正式产品会有指甲及阴影细节;
- 所有选择的提升项目会加在正式产品上;
- 在正式产品没有生产以前，你可以添加提升项目。请在试样修改表格上注明修要添加的提升项目;

保修及退货条款:

- 详细资料请参阅我们2015年的硅胶美容假肢目录，第143页到145页。
- 请确保你明白我们的保修及退货条款，并向病人解释清楚相关的内容。

电话: (852) 2771 8991 传真: (852) 2384 5948 电邮: info@regalprosthesis.com 网址: www.regalprosthesis.com
香港皇室义肢有限公司 www.regalprosthesis.com

皇室义肢有限公司


半订做(SCM)试样产品修改表格
型号103半掌截肢用手套及型号200手指

TMOD1

病人姓名 _____ 公司名称 _____
订单号码 _____ 试样产品的条码 _____

颜色: ☐ 配称
☐ 修改为 _____
填充物: ☐ 舒适
☐ 需要修改(请修改试样产品的内泡棉，与试样产品一同寄给我们)
形态: ☐ 美观
☐ 需要修改
尺寸: ☐ 合适
☐ 需要修改(请在下面的表格中填写需要修改的尺寸，并在试样产品上标记需要修改的部分)

修改位置 (C1-C17, L1-L10)	修改幅度 (毫米)



备注: _____

皇室义肢有限公司

半订做(SCM) 试样产品修改表格
型号101L,102L,102LS,101LL,102LL,102LSL,SL-29,SL-50
手腕或手腕以上截肢和手臂筒

TMOD2

试样产品只供检查尺寸合适度及基底颜色； 试样产品是不会有指甲及阴影细节。

试样修改表格 (TMOD):
- TMOD1 : 适用于型号103半掌截肢手套及型号200手指;
- TMOD2 : 适用于型号101L, 102L, 102LS, 101LL, 102LL, 102LSL 硅胶假肢手套和型号SL-29, SL-50 手臂筒;
- TMOD3 : 适用于型号HDSF, HDSF-ER, HDSFHT, HDSFHT-ER 脚掌截肢用脚套及型号TOE系列;
- TMOD4 : 适用于型号BKSL小腿套;

当试样产品没有需要修改的地方时:
- 清楚地在试样修改表格的备注里写上：不需要修改;
- 签名，写上日期然后将试样修改表格传真或电邮给我们;
- 收到文件后，我们会按试样产品安排生产正式产品，正式产品会有指甲及阴影细节;

当试样产品有需要修改的地方时:
1.在试样修改表格中记录需要修改的地方;
2.将试样产品及试样修改表格邮寄给我们
- 当修改的幅度很小，你可以要求按照修改的地方直接生产正式产品;
- 当修改的幅度很大或修改的地方很多，可能需要在做一个试样产品已检查颜色及尺寸，如果没有额外的修改你可以在我们确认收到退回的试样产品及试样修改表格后14-21 个工作天内收到新的试样产品。(如果提供的资料不够清楚。实际出货时间可能更长一些。)

正式产品的资料:
- 正式产品会有指甲及阴影细节;
- 所有选择的提升项目会加在正式产品上;
- 在正式产品没有生产以前，你可以添加提升项目。请在试样修改表格上注明修要添加的提升项目;

保修及退货条款:
- 详细资料请参阅我们2015年的硅胶美容假肢目录，第143页到145页。
- 请确保你明白我们的保修及退货条款，并向病人解释清楚相关的内容。

皇室义肢有限公司


半订做(SCM) 试样产品修改表格
型号101L,102L,102LS,101LL,102LL,102LSL,SL-29,SL-50
手腕或手腕以上截肢和手臂筒

TMOD2

病人姓名 _____ 公司名称 _____
订单号码 _____ 试样产品的条码 _____

颜色: ☐ 配称
☐ 修改为 _____
填充物: ☐ 舒适
☐ 需要修改(请修改试样产品的内泡棉，与试样产品一同寄给我们)
形态: ☐ 美观
☐ 需要修改
尺寸: ☐ 合适
☐ 需要修改(请在下面的表格中填写需要修改的尺寸，并在试样产品上标记需要修改的部分)

修改位置 (C1-C19, L1-L13)	修改幅度 (毫米)



备注: _____

皇室义肢有限公司

半订做(SCM)试样产品修改表格
型号 HDSF, HDSF-ER, HDSFHT, HDSFHT-ER 脚掌截肢用脚套及
型号 TOE 系列

TMOD3

试样产品只供检查尺寸合适度及基底颜色； 试样产品是不会有指甲及阴影细节。

试样修改表格 (TMOD):
- TMOD1 : 适用于型号103半掌截肢手套及型号200手指;
- TMOD2 : 适用于型号101L, 102L, 102LS, 101LL, 102LL, 102LSL 硅胶假肢手套和型号SL-29, SL-50 手臂筒;
- TMOD3 : 适用于型号HDSF, HDSF-ER, HDSFHT, HDSFHT-ER 脚掌截肢用脚套及型号TOE系列;
- TMOD4 : 适用于型号BKSL小腿套;

当试样产品没有需要修改的地方时:
- 清楚地在试样修改表格的备注里写上：不需要修改;
- 签名，写上日期然后将试样修改表格传真或电邮给我们;
- 收到文件后，我们会按试样产品安排生产正式产品，正式产品会有指甲及阴影细节;

当试样产品有需要修改的地方时:
1.在试样修改表格中记录需要修改的地方;
2.将试样产品及试样修改表格邮寄给我们
- 当修改的幅度很小，你可以要求按照修改的地方直接生产正式产品;
- 当修改的幅度很大或修改的地方很多，可能需要在做一个试样产品已检查颜色及尺寸，如果没有额外的修改你可以在我们确认收到退回的试样产品及试样修改表格后14-21 个工作天内收到新的试样产品。(如果提供的资料不够清楚。实际出货时间可能更长一些。)

正式产品的资料:
- 正式产品会有指甲及阴影细节;
- 所有选择的提升项目会加在正式产品上;
- 在正式产品没有生产以前，你可以添加提升项目。请在试样修改表格上注明修要添加的提升项目;

保修及退货条款:
- 详细资料请参阅我们2015年的硅胶美容假肢目录，第143页到145页。
- 请确保你明白我们的保修及退货条款，并向病人解释清楚相关的内容。

皇室义肢有限公司


半订做(SCM)试样产品修改表格
型号 HDSF, HDSF-ER, HDSFHT, HDSFHT-ER 脚掌截肢用脚套及
型号 TOE 系列

TMOD3

病人姓名 _____ 公司名称 _____
订单号码 _____ 试样产品的条码 _____

颜色: ☐ 配称
☐ 修改为 _____
填充物: ☐ 舒适
☐ 需要修改(请修改试样产品的内泡棉，与试样产品一同寄给我们)
形态: ☐ 美观
☐ 需要修改
尺寸: ☐ 合适
☐ 需要修改(请在下面的表格中填写需要修改的尺寸，并在试样产品上标记需要修改的部分)

修改位置 (C20-C34, L14-L22)	修改幅度 (毫米)



备注: _____

皇室义肢有限公司

半订做(SCM)试样产品修改表格
型号 BKSL 小腿套

TMOD4

试样产品只供检查尺寸合适度及基底颜色； 试样产品是不会有指甲及阴影细节。

试样修改表格 (TMOD):
- TMOD1 : 适用于型号103半掌截肢手套及型号200手指;
- TMOD2 : 适用于型号101L, 102L, 102LS, 101LL, 102LL, 102LSL 硅胶假肢手套和型号SL-29, SL-50 手臂筒;
- TMOD3 : 适用于型号HDSF, HDSF-ER, HDSFHT, HDSFHT-ER 脚掌截肢用脚套及型号TOE系列;
- TMOD4 : 适用于型号BKSL小腿套;

当试样产品没有需要修改的地方时:
- 清楚地在试样修改表格的备注里写上：不需要修改;
- 签名，写上日期然后将试样修改表格传真或电邮给我们;
- 收到文件后，我们会按试样产品安排生产正式产品，正式产品会有指甲及阴影细节;

当试样产品有需要修改的地方时:
1.在试样修改表格中记录需要修改的地方;
2.将试样产品及试样修改表格邮寄给我们
- 当修改的幅度很小，你可以要求按照修改的地方直接生产正式产品;
- 当修改的幅度很大或修改的地方很多，可能需要在做一个试样产品已检查颜色及尺寸，如果没有额外的修改你可以在我们确认收到退回的试样产品及试样修改表格后14-21 个工作天内收到新的试样产品。(如果提供的资料不够清楚。实际出货时间可能更长一些。)

正式产品的资料:
- 正式产品会有指甲及阴影细节;
- 所有选择的提升项目会加在正式产品上;
- 在正式产品没有生产以前，你可以添加提升项目。请在试样修改表格上注明修要添加的提升项目;

保修及退货条款:
- 详细资料请参阅我们2015年的硅胶美容假肢目录，第143页到145页。
- 请确保你明白我们的保修及退货条款，并向病人解释清楚相关的内容。

皇室义肢有限公司

半订做(SCM)试样产品修改表格
型号 **BKSL** 小腿套

TMOD4


病人姓名 _____ 公司名称 _____
订单号码 _____ 试样产品的条码 _____

颜色: ☐ 配称
☐ 修改为 _____

填充物: ☐ 舒适
☐ 需要修改(请修改试样产品的内泡棉，与试样产品一同寄给我们)

形态: ☐ 美观
☐ 需要修改

尺寸: ☐ 合适
☐ 需要修改(请在下面的表格中填写需要修改的尺寸，并在试样产品上标记需要修改的部分)



备注: _____

一间有着ISO13485:2016及ISO9001:2015认证的公司 值得您信赖的伙伴